

四川医疗设备维修 除颤仪维修 心电图机维修 监护仪维修 配件供应

产品名称	四川医疗设备维修 除颤仪维修 心电图机维修 监护仪维修 配件供应
公司名称	四川仁安医疗设备维修有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省成都市锦江区经天一街37号5栋1层17号（注册地址）
联系电话	15215095802

产品详情

除颤仪是利用较强的脉冲电流通过心脏来消除心律失常，使之恢复窦性心律的一种医疗器械，是手术室必备的急救设备。对于进行心肺复苏，除颤是很重要的步骤之一。

[常见故障以及维修方案](#)

无法正常开机

电池无法开机

检查电池是否损坏；如损坏需更换

检查电压是否正常；如不正常检查充电是否能正常给电池充电，如不能维修充电板，如可以更换电池

使用电池开机是在开机的时候测量电池电压是否为虚电，如变化太大，则需更换电洗

市电无法开机

检查供电情况，注意保险丝是否烧毁。

供电正常后，检测电源板。

感叹号报警

检查电极片是否插上