

医疗设备维修 迈瑞心电图机维修 监护仪维修 设备保养 配件供应

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 医疗设备维修 迈瑞心电图机维修 监护仪维修 设备保养 配件供应 |
| 公司名称 | 四川仁安医疗设备维修有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 四川省成都市锦江区经天一街37号5栋1层17号（注册地址） |
| 联系电话 | 15215095802 |

产品详情

心电监护仪是一种以测量和控制病人生理参数，并可与已知设定值进行比较，如果出现超标，可发出警报的装置或系统。监护仪它必须24小时连续监护病人的生理参数，检出变化趋势，指出临危情况，供医生应急处理和进行治疗的依据，使并发症减到少达到缓解并消除病情的目的。其主要指标有心电、血氧、血压、呼吸、体温等监测项目。

内部结构：

电源板、气泵、锂电池、主板、模块板、按键板、高压板、液晶屏等。外部配件：心电导联线、血氧探头、血压袖带等。

常见故障与维修方案：

心电图像异常

心电导联线弯折损坏：直接观察导线外观是否存在破损。缺失信号，从而引起心电图像异常。

注意在临床上，病人皮肤干燥等其他外部环境因素也会造成图像异常，注意排除。

血脉氧指夹光敏异常

血脉氧指夹损坏:通常是指夹内的感应光敏损坏。如果光敏不闪烁，则损坏；如果在闪烁，而其没有波形显示的话，则该血氧可能不匹配，一定要注意。

报错

血压袖带的损坏：常见于气管破裂、袖带漏气。

注意：漏气不明显的，会出现报错，如“血压初始错误”等。但是如果是血压模块有问题，也可能出现报错。所以需要注意。