

# 处理二手并联发酵罐 二手50L-150L-1500L三联发酵罐

产品名称	处理二手并联发酵罐 二手50L-150L-1500L三联发酵罐
公司名称	梁山治平二手设备购销部
价格	130000.00/组
规格参数	品牌:上海精工 型号:50L-150L-150 处理量:50-150-1500L
公司地址	梁山县拳铺镇
联系电话	18266878806

## 产品详情

处理二手并联发酵罐 二手50L-150L-1500L三联发酵罐

连接起来发酵设备的应用注意事项：

1. 截止阀的线性工作压力已由制造商调节好，不可以随便调节，若发觉截止阀失效，应拆装新的截止阀。禁止擅自变动工作压力自动式全自动自动控制系统作用和主要参数。
2. 在一切正常运作期内，每8钟头废水治理一次，并立刻用打磨砂纸给水位线线线监控摄像头水垢清洗
3. 在应用全部全过程中，禁止关掉安全性能截止阀门，禁止擅自改装或用三通接头堵住
4. 气压表存水弯管应按时拆下来消除
5. 尽可能保证 全部散件工业设备能一切正常运作时应用本系统软件。
6. 在消毒杀菌过滤装置时，越过滤网的蒸气工作压力不可以超出0.17MPa，否则滤芯过滤器会被毁坏，缺少过虑专业技能。
7. 在发酵全部全过程中，应保证 罐压不超过0.17MPa。
8. 在实消全部全过程中，弹性夹头通蒸气升温时，尽可能操纵进汽工作压力在工业设备的压力范畴内（不可以超出0.2MPa），否则会造成 发酵设备的毁坏。
9. 在空消及实消时，一定要排空发酵设备弹性夹头内的余水。否则很有可能会造成 发酵设备内筒体挤扁，导致 工业设备毁坏；在实消时，还会继续再次再度导致 凝结水过少造成 细胞培养液被封闭液，进而没法确保加工工艺规定。

10.在空消、实消完毕后制冷全部全过程中，禁止发酵设备内造成负压力，避免导致环境污染，乃至毁坏工业设备。

11.在发酵全部全过程中，罐压应保持在0.03 ~ 0.05MPa中间，避免造成环境污染。

12.在各操作流程中，尽可能维持乙炔气体管路中的工作压力超过发酵设备的罐压，否则会造成发酵设备中的液体逆流进到过滤装置中，阻塞滤芯过滤器或使过滤装置无效

处理二手并联发酵罐 二手50L-150L-1500L三联发酵罐