

# 盐水喷雾试验箱金属耐腐蚀试验机实验室可靠性测试设备仪器

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 盐水喷雾试验箱金属耐腐蚀试验机实验室可靠性测试设备仪器 |
| 公司名称 | 东莞市睿智兴科技电子有限公司              |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 广东省东莞市万江街道泰新路106号3341室      |
| 联系电话 | 19902481990                 |

## 产品详情

- 特性：1：整一PVC板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。
- 2：控制仪均在同一面板操作简便，且一目了然。
- 3：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。水位不足警示确保使用安全。
- 4：精密玻璃喷嘴（PYREX）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用4000小时并保证无结晶盐阻塞。
- 5：附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。
- 6：进口温度控制器使用数字显示，PID控制，误差 $\pm 0.1$ 。
- 7：试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。
- 8：喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
- 9：饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为SUS#304不锈钢保温，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和空气桶内水位及清洗。
- 10：具有自动除雾装置，可清晰观测试验室内之试品。
- 11：雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。

12： 试验室密封盖材质为欧洲进口A级亚克力耐冲击板，厚度5mm，操作方便安全可靠。

13： 进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定H.分M.秒S.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时。

14： 试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不宜破裂。

15： 试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。适用国际标准：RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866；JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770；ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150

规格参数：

| 项 目         | 型 号                                |               |                |                |                |
|-------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 60型                                | 90型           | 120型           | 160型           | 200型           |
| 试验室尺寸<br>mm | 600*450*400                        | 900*600*500   | 1200*1000*600  | 1600*1000*500  | 2000*1000*600  |
| 外箱尺寸 mm     | 1075*630*1185                      | 1400*800*1285 | 1775*1200*1485 | 2300*1200*1485 | 2700*1200*1485 |
| 试验室温度       | 盐水试验35 ±1 / 耐腐蚀试验50 ±1             |               |                |                |                |
| 饱和桶温度       | 盐水试验47 ±1 / 耐腐蚀试验63 ±1             |               |                |                |                |
| 酸碱值         | 盐水试验(6.5 ~ 7.2) / 耐腐蚀试验(3.0 ~ 3.2) |               |                |                |                |
| 喷雾量         | 1.0 ~ 2.0ml/h                      |               |                |                |                |
| 试验室相对湿度     | > 85%                              |               |                |                |                |
| 氯化钠溶液浓度     | 5%                                 |               |                |                |                |
| 试验室容积       | 108L                               | 270L          | 600L           | 800L           | 1200L          |
| 盐水箱容积       | 15L                                | 25L           | 40L            | 45L            | 45L            |
| 电 源         | 1 ,AC220V<br>10A                   | 1 ,AC220V 15A | 1 ,AC220V 20A  | 1 ,AC220V,20A  | 1 ,AC220V,20A  |