

医疗设备维修、医用制氧机、家用制氧机维修

产品名称	医疗设备维修、医用制氧机、家用制氧机维修
公司名称	四川仁安医疗设备维修有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省成都市锦江区经天一街37号5栋1层17号（注册地址）
联系电话	15215095802

产品详情

制氧机介绍

采用分子筛的吸附性能，通过物理原理，以大排量无油压缩机为动力，把空气中的氮气与氧气进行分离，最终得到高浓度的氧气。经过加湿罐湿润后供给病人使用。

内部结构

医用制氧机控制系统、无油空气压缩机、分子筛、加湿罐等组成

常见故障与维修方案

故障现象：氧气浓度过低

检修方案：首先检测输出氧气，一般用氧浓度检测器测量浓度（若无，在安全的前提下，可用火星看其是否助燃可以大致判断。）

若检测结果低于80%浓度（或者火星没有助燃），建议更换分子筛。

故障现象：氧气输出流量（压力）过低

检修方案：检查供气管路是否漏气，针对漏气不明显的，可以采用分段漏气检测。

判断出是管路老化破损、还是流量计损坏、或者加湿罐漏气导致的，更换即可

故障现象：压缩机未工作

检修方案： 检查压缩机供电是否正常（压缩机铭牌有额定工作电压）。

若供电正常，则压缩机损坏;若供电不正常，则电源模块有问题