

# KIMO VT50热风速仪

产品名称	KIMO VT50热风速仪
公司名称	深圳亿杰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:KIMO 型号:VT50 产地:法国
公司地址	中国广东深圳市福田区深圳市福田区华强北路赛格广场2105B
联系电话	18820231998 18924580716

## 产品详情

### 法国KIMO VT50热风速仪

#### 一、产品特点：

手持式带探针热风速仪测量范围：风速：0.15至30 m/s，温度：0至+50 ° C易于使用保持功能热线探头自动关机：20分钟校准证书

#### 二、技术参数：

测量对象	测量单位	量程	精度
风速	m/s , fpm	0 ~ 3.0 m/s	± 3 % 读数 ± 0.06 m/s
风量罩测风量	m3/h , cfm , l/s , m3/s	3.1 ~ 30 m/s 0 ~ 2000 m3/h	± 3 % 读数 ± 0.2 m/s ± 3 % 读数 ± 10 m3/h
环境温度	, F , K	-20 ~ 80	± 2 % 读数 ± 0.3
其它规格			
显示	2行12个字符，尺寸38 × 12 mm		
电池	1节9V方形6LR6碱性电池		
探头	8长300 mm，探棒		
语言	法语、英语		
符合	电磁兼容性 ( norm NF EN 61326-1 )		

### 三、订购信息：

校准证书、软壳、磁性保护外壳

### 四、操作方法：

#### 更换电池

拆下仪器背面的电池盖。用新电池AAA LR03 1.5 V替换旧电池。装好电池盖。

自动关闭：如果在20分钟内不使用，仪器将自动关闭。

按on “ on/Off/Hold ” 打开仪器。

仪器显示其名称“ VT50 ”，然后显示测量值。

短按“ Select ”（选择）从速度测量移动到

温度测量。

#### 保持测量

测量过程中：

短按“ 开/关/保持 ”保持测量。

“ 保持 ”出现在屏幕上，温度和速度测量值是固定的。

短按“ 选择 ”键，从一个参数切换到另一个参数。

再次短按“ 开/关/保持 ”退出保持功能

#### 设置风速单位

短按“ 选择 ”向上显示速度。

长按“ 选择 ”更改速度单位。

短按“ 选择 ”选择单位：m/s、fpm、km/h。

长按“选择”确认装置并返回正常测量模式

## 设置温度单位

短按“选择”向上显示温度。

长按“选择”更改温度单位。

短按“选择”选择单位：°C或°F。

长按“选择”确认单位并返回正常测量模式。

## 法国KIMO VT50热风速仪

深圳市亿杰仪表有限公司源于1985年创立在新加坡亿杰仪表，并于2003年进入中国深圳，成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞典、加拿大、马来西亚、法国、日本和英国。我们提供有关气象仪器、温湿度测量/记录/校准、压力校准/记录/测量、传感器、流量、测量、其它校验仪/记录仪、温湿控制器、热电偶线等产品。为中国用户搭建购买进口仪器产品的桥梁。

主营：DAVIS气象监测仪，美国Kestrel气象仪，美国TE Wire & Cable热电偶线，英国CAL温控器，美国GE温度/压力校验仪，英国STATUS温度变送器，美国REOTEMP工业压力表/金属温度计，法国AOIP校验仪，美国Meriam压力计，日本ISUZU温湿度记录仪，新加坡Blue Gizmo温湿度计，ACEZ热电偶/热电阻温度传感器。

专营高品质的仪表仪器及良好的售后服务保障