

# 医用一次性防护服检测报告怎么办理？

产品名称	医用一次性防护服检测报告怎么办理？
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

## 产品详情

医用一次性防护服检测报告怎么办理？国内医用一次性防护服的主要标准

国内医用一次性防护服主要的执行标准为：

强制性国家标准GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》新型波及面之广，影响之大，可谓空前！疫情面前，无数无名的英雄们在行动，无数医学工作者选择“逆行”，勇赴武汉一线！也有许多个人、企业、单位包括友国在默默捐助口罩、防护服等物资！

防护服、口罩对于疫情防护起着至关重要的作用，可谓是生命安全的护身符！

当然，只有合格的防护口罩、防护服才能起到有效的保护作用，不合格的防护用品只会适得其反，将一个个生命裸露于极其危险的空气环境中。

国内外口罩主要标准清单：

口罩主要标准

GB 19083和GB 2626到底有哪些不同？

其实，GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》才是医疗行业防护口罩技术标准的真正来源，通读整个国标原文，它和GB 2626有很多类似的技术参数，比如，它也分了3个过滤效率等级，也检测非油性颗粒物过滤性（对比KN型口罩），但它直接舍弃了油性颗粒物的参数要求（即和KP型口罩完全不同），而1级为 95%，至高级3级为 99.97%，相当于直接对标KN95和KN100，没有KN90这个较低的级别。

也就是说，符合GB 19083过滤性能的至低标准，就相当于GB 2626的KN95标准。

但请注意，我国GB 19083里没有“ N95 ”的说法，而是采用“ 1级 ”“ 2级 ”和“ 3级 ”的说法来表示过滤效率等级，一般1级就可以达到“ N95/KN95 ”的要求。也就是说，只要符合GB 19083标准的任何“ 医用防护口罩 ”，就绝对已经达到了N95级和KN95级的过滤效率了。

需要办理医用一次性防护服检测报告，请联系国瑞质量检测李工