

# PSD-250油液取样器

产品名称	PSD-250油液取样器
公司名称	西安市碑林区军计测智控设备研究部
价格	680.00/把
规格参数	品牌:普洛帝 型号:PSD-250 产地:西安
公司地址	西安市碑林区长安北路52号
联系电话	15389071097

## 产品详情

产品介绍：

PSD-250油液取样器是由西安普洛帝分析测试集团技术要求设计并制造，有两款油液取样器：一款油液取样器由超硬铝合金（LC）特有材料制造，表面经过镀锌防锈处理；另一款油液取样器使用工程塑料经开模注塑而成的，结构紧蹙，密封性好，都具有耐油、防水、防侵蚀，美观耐用。

油液取样器符合QCT 29105.3-1992汽车液压系统液压油固体污染度测试方法取样、GBT 17489-1998液压颗粒污染分析从工作系统管路中提取液样、DLT571-2007电厂用抗燃油验收、运行监督及维护管理导则等相关标准。

油液取样器引入行业设备润滑管理理念，推出本款油液取样成套工具，为油品分析测试提供安全的环境，在抽取油液的样品时要防止尘土、杂质、水气的人为二次污染，以及前次抽样时的残留油液混入取样中。

油液取样器可广泛用于液压元器件、液压系统、液压站、油缸、齿轮箱、变速箱、变压器、汽轮机组、反应釜、马达、发动机、泵、阀、轮毂、能器、过滤器、冷却器、加热器、油管、管接头、油箱、压力计、流量计、密封装置等等的油样抽样及手动取样。

技术参数：

材质：LC超硬铝合金

品牌：普洛帝 普勒/PULL

容积：100ml、110ml、125ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml、1000ml(可定制食品级、药品级、无菌级及防腐蚀)

管子：直径4、6、8(可定制食品级、药品级、无菌级及防腐蚀)

压力：2KPa

执行标准：GBT 17489

软管：NAS 1638 0级 数量可定制

清洁瓶：NAS 1638 0-4级，可定制其他等级。

配套性：可配套行业各类油液污染取样、颗粒检测取样、清洁度分析取样、油液监测取样、油液分析取样、常规取样。

配套仪器：颗粒计数器 颗粒计数仪 颗粒计数系统 油液颗粒度分析仪

基本配置：油液取样工具套装（包含一支负压型油液取样器一把、NAS 1638-0级软管3m、250ml玻璃清洁瓶 等级NAS1638-0级2只）

建议选配：便携式手提取样箱。

关键词：油液取样器、油液抽样器、负压取样器、油液采样工具、油液采样器、负压采样工具、负压取样工具

操作方法：

- 1、先将取样器顶端的圆螺母拧松一圈，再将软管穿过螺母后拧紧固定取样器接头及软管。软管应伸出取样器接头下端20cm，以免取样器接头和取样器内部进油污染。
- 2、250ml油液清洁瓶拧到取样器接头上即可进行抽油作业。一般情况下，软管伸入深度约50mm.这样，可以避免吸进沉积物。
- 3、将取样器手柄推到底，同时把取样器手柄往回拉，油瓶内就会形成真空，使油顺着软管流入油瓶。250ml清洁瓶反复抽拉15次左右可抽满250ml取样瓶。
- 4、把油抽至油瓶上200ml标记处即可，不要使油瓶抽满油。
- 5、从取样器接头上拧下油液清洁样品瓶，装上内盖，注意避免混入尘土，外界杂质，然后拧紧瓶盖。
- 6、拧松圆螺母，把软管从螺母中抽出。无污染软管不能反复使用。
- 7、收好取样器，取样结束。

具体详情请电询普洛帝中国服务中心！

普洛帝、Puluody、普勒、Pull、PLDMC为Puluody公司注册的商标！

有关技术阐述、参数、服务为普洛帝拥有，普洛帝保留对经销商、用户的知情权！