

# 指夹式血氧探头检测报告

产品名称	指夹式血氧探头检测报告
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

## 产品详情

血氧探头SPO2仪包括探头、功能模块和显示部分三个主要部件。对于市场上大部分的监护仪来说，检测SPO2的技术都已经很成熟。一台监护仪所检测得到的SPO2值准确与否，很大程度上与探头有关，其中影响探头检测的因素很多，探头所用的检测器件、医用导线、连接工艺等都会影响检测结果。

血氧探头检测标准：

GB/T+191—2008+包装储运图示标志+GB+9706.1—2007+医用电气设备第1部分：安全通用要求+GB+9706.15—2008+医用电气设备第1—1部分：安全通用要求并列标准：医用电气系统安全要求+GB/T+9969—2008+工业产品使用说明书总则+GB/T+14710—2009+医用电器环境要求及试验方法

标准编号+标准名称+GB/T+16886.1—2011+医疗器械生物学评价第1部分：风险管理过程中的评价与试验+GB/T+16886.5—2003+医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验+GB/T+16886.10—2005+医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验+GB/T+16886.12—2005+医疗器械生物学评价第12部分：样品制备与参照样品+YY/T+0316—2016+医疗器械风险管理对医疗器械的应用+YY/T+0466.1—2009++医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第1部分：通用要求+YY+0505—2012+医用电气设备第1—2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验+YY+0784—2010+医用电气设备医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求