

# 灭菌手套检测报告 灭菌手套质量检测流程 灭菌手套检测项目

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 灭菌手套检测报告 灭菌手套质量检测流程<br>灭菌手套检测项目 |
| 公司名称 | 全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR              |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 光明区邦凯科技园                        |
| 联系电话 | 13929216670 13929216670         |

## 产品详情

灭菌手套用于进行手术等无菌操作、直接接触黏膜和破损皮肤时，使患者不被微生物污染。非灭菌手套（清洁手套）用于医务人员预计可能接触到患者的血液、体液、分泌物、排泄物、呕吐物和污染物品时，保护医务人员。

另外，一次性医用外科手套应是灭菌的，应是独立包装且是双层包装。一次性医用检查手套，可以是非灭菌的，一般都是多单位包装。

当然，也要选择型号合适的手套进行佩戴。对手工灵活性要求较高和（或）不仅于简单接触患者的临床操作，当需要双手长时间灵活操作或预计可能接触血液、体液时不仅需要选择一次性医用灭菌手套，型号尺寸的选择也非常重要。

因此，无论在日常的标准预防中还是疫情时期，手套的防护作用无法替代。进行不同操作时佩戴的手套不一样，选择合适类型的手套非常重要。然而在实际工作中，手套被不恰当使用的情况会经常出现，这样不仅会造成医疗资源浪费更可能给医务人员和患者造成潜在危害。

参考文献：

GB 7543-2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套

GB 10213-2006 一次性使用医用橡胶检查手套

GB 24786-2009 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套

GBT 24787-2009 一次性使用非灭菌橡胶外科手套

国内外医用手套标准综述\_

一次性使用医用手套标准解读\_