

德尔格x-am5000四氢噻吩浓度检测仪使用说明书

产品名称	德尔格x-am5000四氢噻吩浓度检测仪使用说明书
公司名称	济南瑞联电子科技有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:德国德尔格 型号:x-am5000 产地:德国原装进口
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道创新谷加速器建大合新产业基地一期二区2号楼1003室（注册地址）
联系电话	0531-80990100 15339966936

产品详情

德尔格x-am5000四氢噻吩浓度检测仪使用说明书

1:带采样孔的天然气管道

2：流量调节阀

3：连接管

4：流量适配器（6527562）

5：标定仓(8318572)

6:德尔格X-am5000带德尔格XXS Odorant 传感器（6812535）

7：尾气排放至空气中或通风橱

检测说明

被检测气体的压力应在300-400hPa；检测前传感器一定要用被检测气体标定

德尔格x-am5000四氢噻吩浓度检测仪使用说明书

应在标定环境下进行检测

根据示意图的方法进行检测；

先不要将X-am5000放入标定仓（5）中！

为避免气体吸附，请使用之前的Pac III管子。

X-am 5000开机（无标定仓）并且等待预热。需要的话进行零点标定。

将X-am 5000放入标定仓（5）中并且开启流量控制阀（2）。

开始检测；等待测量值显示恒定值；

如果浓度显示恒定（3-5分钟）：读取检测值并且结束检测。

关于检测仪及传感器的其他信息，如标定，功能测试及标定气体等，请参看传感器及检测仪的使用说明书。