

连云港市口罩检验检测机构第三方

产品名称	连云港市口罩检验检测机构第三方
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

因为佩戴口罩的医生和病人，均不能保证自己一定是健康、不带病毒的（潜伏期内有传染性），而带有呼气阀的口罩气流只是单向防护，并不能很好的切断传播途径，从疫情控制角度来说，双向防护才是正确的方式，所以不推荐这类口罩。

我国GB19083里没有“N95”的说法，而是采用“1级”“2级”和“3级”的说法来表示过滤效率等级，一般1级就可以达到“N95/KN95”的要求。也就是说，只要符合GB19083标准的任何“医用防护口罩”，就已经达到了N95级和KN95级的过滤效率了。

此外，和YY0469-2011的医用外科口罩一样，GB19083也提出了“合成血液穿透”的要求，而且还多了一个“表面抗湿性”的参数要求，明确了医用防护口罩对血液体液等液体的防护效果，而这些都是GB2626（KN型）里没有的。

如果觉得上文学术内容看的有点晕了，我们再用一张图来对比下常见口罩的区别：

- 1、符合GB2626的KN型口罩，因为无法保证口罩不被湿润，不能用于操作，特别是气管切开、气管插管等有可能喷溅的高危操作。
- 2、符合GB19083的1级以上口罩，既能达到95%的过滤性，也能防液体渗透，可以用于机构各类操作。
- 3、符合YY0469的医用外科口罩，达不到95%的过滤性，但能防液体渗透，由于其和人脸的密合性不如医用防护口罩，一般不用于高危操作的防护，但能满足普通风险的操作。

上面说的这些，都是用于机构的选择，那大众人群究竟应该怎么选择呢？

- 1、能选外科口罩，尽量选择外科口罩。（舒适性考虑）
- 2、能选没有呼吸阀的口罩，尽量选择没有呼吸阀的口罩。（他人安全考虑）

3、实在是没得口罩，待在家里，哪都别去！