数字化 推车式 超声诊断仪（星星）

产品名称	数字化 推车式 超声诊断仪（星星）
公司名称	徐州市圣普医疗设备技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	徐州高新区第三工业园，华裕路6号
联系电话	86-516-3899608

产品详情

药（械）准字	苏食药监械（准）字2010 第2230472号	型号 SPC-2000CI (III)
用途	医用、计生办、服务站	

主要功能

显示模式：

凸阵：b型、b/b型、4b型、b+m型、m型；

显示倍率：×0.8、×1.0、×1.2、×1.5、×1.8、×2.0六种模式；

×1.8、×2.0时，可深度提升显示；

局部放大：可实时局部2倍放大；

动态范围：64～96db可调；

聚焦：四段动态电子聚焦可选；

前处理：可变孔径,动态变迹、动态滤波、勾边增强等；

后处理：8种γ校正、16种伪彩处理、行相关、帧相关、点相关、线性内插等；

变 频： 具有2.5mhz/3.0mhz/3.5mhz/4.0mhz四种变频接收；

测量：距离、周长、面积、心率、孕周（bpd、gs、crl、fl、ac）及预产期等；

注释功能： 姓名、病历编号、性别、年龄；

16种带有探头位置的体位标记；

全屏幕字符注释；

实时时钟显示；

穿刺引导： b型图像具有穿刺引导线显示功能；

增益控制： 总增益、近场、远场连续可调；

图像极性： 左/右翻转、黑/白翻转、上/下翻转；

图像存储: 128幅图像循环存储；

电影存储： 实时显示时连续256幅循环存储；

图像回放： 可对256幅图像连续回放或逐幅查看；

输出接口：两组svga视频输出，可配接svga彩色显示器；

两组pal视频输出，可配接pal制显示器、视频图像记录仪、图像工作站等；

一组usb接口(选配件)；

扩展功能：可配接多种探头。

2.2主要技术指标

探头： 80阵元 r60；

探头标称频率: 3.5mhz；

探测深度:≥200mm；

横向分辨率: ≤2mm(深度≤80mm)；

≤3mm(80<深度≤130mm)；

纵向分辨率: ≤1mm(深度≤80mm)；

≤2mm(80<深度≤130mm)；

盲区： ≤3 mm；

几何位置精度:横向≤5%；

纵向≤5%；

显示器： 14英寸svga高分辨率显示器（可选配pal制式显示器）；

灰阶： 256级；

电源范围： ac 220v±22v 50hz；

输入功率： ≤ 200va；

运行模式： 间歇加载连续运行。