

# 医用防护服一次性防护服检测标准

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 医用防护服一次性防护服检测标准         |
| 公司名称 | 中科检测技术服务（广州）股份有限公司      |
| 价格   | .00/套                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 广州市天河区兴科路368号           |
| 联系电话 | 18127993660 13926209354 |

## 产品详情

医用防护服是指医务人员(医生、护士、公共卫生人员、清洁人员等)及进入特定医药卫生区域的人群(如患者、医院探视人员、进入感染区域的人员等)所使用的防护性服装。其作用是隔离病菌、有害超细粉尘、酸碱性溶液、电磁辐射等，保证人员的安全和保持环境清洁。

灭菌是生产医用防护服的强力一道工序，过去采用的是环氧乙烷杀菌方式，但这种方式周期长，往往需要7—14天，无法满足现在一线医护人员的急需。而用钴60来灭菌，24小时之内就能搞定。

《GB 19082~2009 医用一次性防护服技术要求》中规定断裂强力和断裂伸长率的具体要求。断裂强力：防护服关键部位材料的断裂强力应不小于45N；断裂伸长率：防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%。

测试方法依据《GB/T 3923.1~2013 纺织品 织物拉伸性能

部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》，测试结果应符合以上要求。

中科检测防护服/隔离服/面罩检测报告有哪些作用？1、销售使用（出售产品出具中科检测第三方质检报告更具信赖）2、改善产品质量（通过数据对比、发现自身产品存在问题，提高产品质量、降低成本等）3、模拟生产