RZ2116B电压击穿试验仪公司 北京沅泽有限公司

产品名称	RZ2116B电压击穿试验仪公司 北京沅泽有限公司
公司名称	沅泽科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区茶马北街1号院1号楼4层1单元0503
联系电话	18610422811 18610422811

产品详情

电压击穿试验仪仪器原理

1、术语说明：

1、控制系统以一定速度控制电机匀速旋转电压输出装置升高电压，高压变压器感应到升压装置的电压变化按比例提升相对应的电压（低压输入0-200V对应0-50KV）；高压加载到测试样品端，检测系统实时监测电压和电流变化过程，当相应的漏电流和电压超过设定值，仪器会自动断电停止返回电压零点。

击穿电压(V)：用连续均匀升压的办法对试样施加工频电压并保持试样发生击穿时的电压值，以kV表示。

击穿强度(E)：试样的击穿电压值与两个电极间试样的平均厚度之商，以kV/m。

电压击穿试验仪

电压击穿试验仪安全说明

由于试验经常是在高电压条件下进行，为确保操作者安全。本仪器采用如下保护设计。

1.前端装有空气开关做过流保护；（设定值20A.），

2.试验箱采用具有良好绝缘特性的有机玻璃制成。测试电压头安全放电距离对四周均大于250mm（350mm），试验时箱壁对操作者构成良好防护墙，以确保安全。

3.试验变压器高压侧尾端及仪器外壳均已安全接地。

4.电路上设有过流保护、过压保护，（要求：仪器主机电源和计算机电源必须分相。）

5.五级安全断电控制：

⑴漏电保护器

⑵总电源开关

⑶高压断电开关

⑷复位开关

⑸试验箱门安全开关

电压击穿试验仪

高压击穿设备安全说明

试验在试验箱中进行，RZ2116C电压击穿试验仪公司，试验箱门打开时电源加不到高压变压器输入端，电压击穿试验仪公司，即高压侧无电压。100KV测试设备高压电极距离试验箱壁的近距离大于370mm，RZ2116A电压击穿试验仪公司，50KV测试设备高压电极距离试验箱壁的近距离大于250mm，试验时即使人接触箱壁也不会有危险。

设备要安装单独的保护地线。接保护地线，主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。

该试验设备的电路设有多项保护措施，主要有：过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。

RZ2116B电压击穿试验仪公司-北京沅泽有限公司由沅泽科技（北京）有限公司提供。沅泽科技（北京）有限公司在化工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，沅泽科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘继伟。