

无锡江阴市高低温老化试验箱移校准校验

产品名称	无锡江阴市高低温老化试验箱移校准校验
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

高低温老化试验箱移机注意事项介绍

高低温老化试验箱运输时应注意尽量避免过度倾斜,其原理和家用冰箱一样,制冷机中的冷冻油,如过度倾斜会导致冷冻油溢出,这样一来压缩机就报废了,所以此项为大忌,一定要切记!

另外试验箱在运输过程中一定要用泡沫板或海绵包住,昆山仪器校准这样面板就可以免受油漆刮伤或蹭坏。脚轮要用木板固定,这样无论中途如何振动也不会让脚轮受到伤害了。就这样高低温老化试验箱顺利到达新环境,为保证设备的寿命,请在到达后不要立即使用,因为设备在运输途中其受到振动、颠簸,制冷剂、冷冻油都需要时间去恢复。

等待时间终于过去了,现在可以安心的将设备接上电正常使用了,如果在连上电源后,高低温老化试验箱仪表屏幕不亮,这时您不用紧张,这是因为换了新的环境,机器的电源相序有所改变,这时您只需要将三相电中的三根火线任一调换即可。

注:建议高低温老化试验箱一般不移动,如须搬迁,请在搬迁前通知我们,我们将为您提供行之有效的技术支持方案。