

# 威夏MZ1040-C 麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪

产品名称	威夏MZ1040-C 麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪
公司名称	威夏电子科技（杭州）有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:威夏 型号:MZ1040-C 产地:浙江杭州
公司地址	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场红 灿路189号15幢401室（注册地址）
联系电话	18042021256

## 产品详情

### MZ1040-C 麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪

产品概述：本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器，触摸屏，力值传感器，传动装置，机载打印机等组成，提供中英文菜单显示，具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位，生产批次机打输入，使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码，让信息安全可靠。测试操控范围包括：测试项目、公称规格、产品名称、打印设定、测试、前移、后移、左移、右移、时间、标定，检定等功能设定。搭配机载打印测试可实时显示测试数据，。针对测试结果自动判断，不合格则启动自动蜂鸣报警，并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩、保持时间、内部水压、可测试麻醉和呼吸设备圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能，并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩，保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值，包括8.5mm,11.5mm,15mm,22mm,23mm,30mm的圆锥接头等。

技术参数：

操作界面：简体中文/英文

测试标准：YY/T1040.1-2015 麻醉和呼吸设备 圆锥接头第1部分:锥头与锥套

轴向力：1~100N，误差不大于±0.5%读数；

内水水压：200kPa~400kPa，误差不大于±0.5%读数；

扭 矩：0.01Nm~0.50Nm，误差不大于±0.5%。

正压泄漏率分辨率：0.00001Kpa。

负压泄漏率分辨率：0.00001Kpa。

产品净重：20kg

外观尺寸：440 × 350 × 415 ( mm )

电源：AC90V-240V/50Hz ( 自适应宽电压 ) 整机功率：70W

可编程控制器：PLC/ARM

触摸屏：7英寸K600+内核/点阵式65色800\*480分辨率

传感器：高精度力值传感器

测力机构：内置

打印机：机载针式打印机

设备应用：

麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪主要用于测定麻醉和呼吸设备接头的物理特性，是鉴定麻醉和呼吸设备接头的重要手段之一。