

上海普陀区静电测试仪检测校准

产品名称	上海普陀区静电测试仪检测校准
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

静电测试仪

静电场可测: +/- (0.00-20.0kV) (自动显示调整) 标准测距: 25mm +/- 1mm 离子平衡可测: +/- (0-200V)
测量距离根据: ESD - STM3.1-2000 离子平衡标准 LCD显示更新: 每秒5次 反应时间: 1秒 工作温湿度: 10-40 deg C/RH: 0-60%R 图形显示: 正: 红色 / 负: 蓝色 声响报警: 开机/闲置自动关机/超出可测范围自动关机: 闲置约5分钟 测切换静电场: 单按Power键, 有一嘟声 离子平衡(请先安装离子平衡测量板)同时按Zero和Power, 有二嘟声

使用方法

- 1、在测试仪后的电池槽内放入9V干电池。
- 2、将接地线香蕉插头插入HAKKO-498测试器上端的接地线插座内。
- 3、将腕带扎紧手腕。
- 4、把接地线接到手腕带上。
- 5、用手按下测试器板。这时，液晶指示灯亮起并可听到一声鸣声。

(1) 若红色“LOW”灯亮，需检查手带与地线的电阻，当小于800千欧，这样会对人体安全有影响。

(2) 若红色“HIGH”灯亮，需检查手带是否扎紧手腕，并检查手带接地线电阻，确保手带未松脱测试器接地线

(3) 若绿色“GOOD”灯亮，表示接地系统良好。

使用时注意事项

- 1、静电手带与接地线的连接；
- 2、静电手带与皮肤之间的接触阻抗；
- 3、与防静电接板、垫子等接地工具的连接。
- 4、大约经过5万次操作，当绿色“GOOD”灯仍会点亮,但没有发出声响时,表示需要更换电池。

特点

- 1：电池(4档)效能显示
- 2：条型图显示电场极性及强弱
- 3：自控量程数字显示
- 4：多功能报警提示
- 5：闲置5分钟后自动关机

应用

- 1、确保每位雇员安全；
- 2、消除因静电而导致产品的损坏。
- 3、防静电腕带测试器可以方便的检测各种类型的防静电手环的性能，电阻阻值不在标准范围内或电量过低会自动报警，红灯亮并伴随报警;低电压显示，欠压时自动报警;体积小，重量轻，使用简单，检测直观；