

无锡市医用口罩检测

产品名称	无锡市医用口罩检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

口罩检测标准：1、医用防护口罩：符合GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》2、医用外科口罩：符合YY0469-2011《医用外科口罩》3、一次性使用医用口罩：符合YY/T0969-2013《一次性使用医用口罩》要求。GB19083-2010 医用防护口罩技术要求，本标准规定了医用防护口罩(以下简称口罩)的技术要求、试验方法、标志与使用说明及包装、运输和贮存。本标准适用于医疗工作环境下,过滤空气中的颗粒物,阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等的自吸过滤式医用防护口罩。

新的医用防护面罩标准涉及到哪些项目呢？按照哪个项目来进行检测，才能算得上符合国家标准呢？下面我们来看看《GB19083-2010医用防护口罩技术要求》的检测要求：1、口罩基本要求：口罩应覆盖佩戴者的口鼻处，应有良好的面部密合性，表面不得有破洞、污渍，不应有呼吸阀。2、鼻夹：1) 口罩上应配有鼻夹。2) 鼻夹应具有可调节性。3、口罩带：1) 口罩带应调节方便。2) 应有足够强度固定口罩位置。每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10N。4、过滤效率：在气体流量为85L/min情况下，口罩对非油性颗粒过滤效率应符合下表要求。过滤效率等级等级过流效率(%) 1级 952级 993级 99.975、气流阻力：在气流流量为85L/min情况下，口罩的吸气阻力不得超过343.2Pa (35mm H₂O)。6、合成血液穿透：将2ml合成血液以10.7kPa (80mmHg) 压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面不应出现渗透。7、表面抗湿性：口罩外表面沾水登记应不低于GB/T 4745-1997中3级的规定。