

# 核子秤 核子秤配件 核子秤维护 核子秤校准

产品名称	核子秤 核子秤配件 核子秤维护 核子秤校准
公司名称	丹东亿联自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼
联系电话	18641551708 18641551708

## 产品详情

### 核子秤调试和标定过程中常见问题及处理

1.核子秤要求探测器输出信号在2V~4.5V之间,一般都能符合要求,但在安装调试过程中,也会碰到输出信号在5V以上或2V以下,此时必须采取以下措施:

(1)若输出信号大于4.5V,说明源的强度太大,此时应设法减小源强,可在放射源和探测器之间加一块厚钢板,使输出信号降到4.5V以下,若降不下来,可采取电阻降压法,在输出信号上串一电阻,使其电压降至符合要求为止。

(2)若输出信号小于2V,说明放射源强度较弱,可设法减小核子秤下输送机厚度,这种情况不太现实,一般应设法增加放射源强度。

2.若使用过程中,流量异常有时超过大流量十几倍,此时应先检查探测器上有无异物、灰尘,放射源下方闸板是否关上,若上述均正常,则检查控制机输入参数是否正常。

本公司长期提供核子秤配件、核子秤计量系统升级改造、核子秤维修校准。