

# 社交口罩CWA17553标准办理要求

产品名称	社交口罩CWA17553标准办理要求
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

## 产品详情

社交口罩CWA 17553介绍：

该社区面罩可减少使用者说话、咳嗽或打喷嚏时的呼吸道水滴、唾液或呼吸道分泌物的吐出。该社区面罩亦可限制使用者从外部进入使用者的鼻及口部，而毋须声称使用者对使用者有保护，亦可防止使用者的区域与手接触。

产社交用口罩适用于不表现出或细菌感染的任何临床症状的人群，并且佩戴社交口罩时不能与表现出相关症状的人群接触，产品不属于PPE和医疗设备管控范围。为此，欧洲标准化委员会CEN于2020年6月17日发布了最新欧盟标准CWA 17553:2020 “社区面罩——基本要求、测试和使用方法指南”。

注：Community face coverings are not suitable for children under 3 years of age. It is recommended that children between 3 and 12 years are supervised while wearing the community face covering.

社交用口罩不适用于3岁以下的儿童使用，并且不能存在呼吸阀。当3至12岁儿童使用时，需要有成人对其进行监护。最低年龄标准在各个国家的建议中可能更高。

社交口罩的具体测试内容

外观、结构、尺寸检查：无可见缺陷

包装性能检查：应能保护它们在使用前不受任何机械损伤和污染

材料安全性评估：详见标准

洗涤性能测试：水洗方法或EN ISO 6330（最低水温60，至少水洗5次）

头部带强度测试：3种面部形态的测试者，能承受5次戴上和脱下、儿童口罩只能使用耳圈固定，不能使用调节装置或系带。

标记：使用和清洁说明，过滤级别和目标用户：70Pa/cm<sup>2</sup>或60Pa/cm<sup>2</sup>、静态呼吸阻力95L/min 吸气2.4mbar 和呼气3mbar

性能：耐用性，颗粒过滤和呼吸阻力

社交口罩的关键产品性能要求

过滤效率：

对于社交用口罩而言过滤效率仍然是其中最重要的一个指标。

CWA 17553：2020为日用口罩材料建立了两个过滤级别：

——90%级别：大于或等于90%，3（±0.5）m

——70%级别：大于或等于70%，3（±0.5）m

在达到上述过滤级别之一的同时，口罩的材料还必须具有透气性。

测试流程：填写申请表——提供产品资料寄样——测试合格签发报告。

样品数量：80pcs。

测试周期：7-10个工作日。