

手术室内嵌式不锈钢保温柜

产品名称	手术室内嵌式不锈钢保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68997.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

公司在飞速发展的同时，福意联形成“质量立业，客户至上”的经营理念。对推出的每产品，都本着对客户负责的原则，重合同、守信用，在各地建立网络式的维修网点，销售到什么地方，售后也跟进到什么地方。随时随地、全心全意地为所有用户提供的售后，确保每一位用户无后顾之忧！

手术室内嵌式不锈钢保温柜说明：

福意联根据洁净手术室规范要求，埋入墙内式。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、药品及液保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要作用！

-----手术室内嵌式不锈钢保温柜使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80℃，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温人体体温37℃），或高温加温（加温生理盐水60-80℃），在机体手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4℃，用于生物制品或者具有低温要求的物品储存。-----
-----手术室内嵌式不锈钢保温柜参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪 音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高):595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×636mm10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架,可任意调节高度12.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度13.安全锁:双安全锁设计,防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计:采用风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。17.箱体:箱体外壳均采用3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

-----1、型号:FYL-YS-150L2、有效容积:150L3、额定电压:220V4、温控范围:2-48 (每度可调可控,热补偿功能)5、箱体尺寸:595*570*865mm6、内径尺寸:520*440*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露10、电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。11、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。16、箱体采用钢板,经防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁,可实现人管

手术室内嵌式不锈钢保温柜相关:手术室净化无菌操作可以更好的降低感染率,让医生更好的给患者手术,也让患者更放心。在这里我们要跟大家分享的是关于它的无菌操作原则的问题,如果大家在这方面有疑惑不妨来看一下。1、净化手术室操作环境清洁、宽敞(1)操作环境应清洁、宽敞、定期消毒;(2)操作台清洁、干燥、平坦、物品布合理;(3)无菌操作前半小时应停止清扫工作,避免尘埃飞扬。2、工作人员仪表符合规范无菌操作前,工作人员应戴好帽子和,修剪指甲并洗手,必要时穿无菌衣、戴无菌手套。3、明确净化手术室基本概念,进行无菌操作时,应先声明无菌区、非无菌区、无菌物品的概念。4、净化手术室物品放置有序,标志明显(1)无菌物品必须与非无菌物品分开放置,并且有明显的标志。(2)无菌物品不可暴露与空气中,应存放于无菌容器内。(3)无菌包外表需表明物品名称、灭菌日期,并按失效期先后顺序摆放。(4)无菌包的有效期为7天,过期或受潮应重新灭菌。(5)一套无菌物品只供一位患者使用。5、净化手术室操作中的无菌观念(1)进行净化手术室无菌操作时,操作者身体应与无菌区保持一定的距离;(2)取放无菌物品时,应面向无菌区;(3)取用无菌物品时应使用无菌持物钳;(4)手臂应保持在腰部或治疗台面以上,不可跨越无菌区,受不可接触无菌物品;(5)非无菌物品应远离无菌区,无菌物品一经取出,即使未用,也不可放回无菌容器内。(6)如无菌物品疑有污染或已被污染,应予更换并重新灭菌。

勤发发