

高低温湿热试验箱厂家 广东科翔非标定做 武汉高低温湿热试验箱

产品名称	高低温湿热试验箱厂家 广东科翔非标定做 武汉高低温湿热试验箱
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

产品详情

高低温湿热交变试验箱存储的要求

广东科翔智能检测技术有限公司

其实高低温湿热交变试验箱对仓库存储的要求有以下几点：

- 1.为了保证仓储的安全和防火,仓库要有平面图及逃生图,并挂于明显之处,仓管人员需熟悉;
- 2.高低温湿热交变试验箱的仓储规划要清楚,物品摆放要整齐,全部物品是不能占用任何通道,更不能讲消防栓及消防器材堵塞;
- 3.每个人要有良好的安全意识,并在每天的运作中执行下去;
- 4.定期检查仓库设施,严格做好残酷防火、防盗、防潮、防水措施。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东科翔智能检测技术有限公司

KXT1369型高温防水循环高低温湿热试验箱主要参数

1.1. 高低温湿热试验箱系统软件：

1.1.1. 功能项目：

1.1.1.1. 通过人工标定测试点的坐标；

1.1.1.2. 设备测试点的喷水时间与喷水线路的移动速度；

1.1.1.3. 驱动转盘更换柜体测试面；

1.1.1.4. 设定与控制试验时的淋水与喷水流量；

1.1.1.5. 设定与控制淋水与喷水时间；

1.1.1.6. 控制淋水时针嘴与样品柜的滴水高度；

1.1.1.7. 移动样品，便在淋水区与高温区循环测试；

1.1.1.8. 设备与控制高温箱内的试验温度与试验时间；

1.1.2. 控制贮水箱的水位；

1.1.2.1. 高低温湿热试验箱设管与控制转盘的转动模式与转动角度；

1.1.2.2. 运行于windows操作系统，可采用NI公司LabView平台开发的软件，可设定试验参数，控制试验过程，可以自动生成、打印测试报告，贮存当前试验数据，查询历史数据。

1.1.2.3. 操作电脑当设备与用户接入互联网后，用户在远程终端上即可对设备电脑进行操作，设定试验参数，收集试验数据，也可以自动生成、打印测试报告，贮存当前试验数据，查询历史数据。

如何做好高低温试验箱压缩机的维护保养工作？

广东科翔智能检测技术有限公司

高低温试验箱的操作一直是用户关注的话题，网络上基本是关于高低温试验箱使用与操作的文章，关于高低温试验箱压缩机的信息却很少，广东科翔整理了一些信息，希望可以帮助到大家。

1.高低温试验箱的压缩机在运转的过程中一定不能打开管路、栓塞以及打开阀门。

2. 当发现压缩机出现异常或是发出异常的声响是应该立即停机检查，只有确定设备没有任何安全故障时才能使用。

3.检查供给机组的电源线上是否安装断路器。

4.经常检查电动机的温度和吸气阀的温度是否处于正常，是否出现过升温或是异常发热的情况。

5.检查高低温试验箱的安全防护装置是否正常，以避免出现安全事故。

6.检查仪表的读数是否准确，若出现误差要及时调整。

7.高低温试验箱压缩机及制冷剂管路系统的检查。

8.电源及电控仪表系统的检查。 <http://www.kxtgd.com/>

9.经常保持高低温试验箱压缩机外表及周围场所干净，严禁在压缩机上放置任何物件，如工具、抹布、衣物、手套等。在高低温试验箱中压缩机虽然是非常重要的一个配件，但是其他的方面也要多多维护保养，只有将维护保养覆盖整个设备，才能确定他的使用寿命。