

上海血液透析用水检测 医疗用水检测指标

产品名称	上海血液透析用水检测 医疗用水检测指标
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

血液透析用水安全关系到整个血液透析诊疗过程的安全，所以血液透析超纯水设备在供应水源之时一定要定期对水质检测，以确保产水的稳定性。

血液透析用水水质检测标准根据所检项目而定，不同检测项目所检测周期也不同，血液透析用水的水质情况至少每年测定一次，标准应参照美国AAMI透析用水标准除此之外细分项目检测周期基本总结如下：

- 1、供水管路靠近末端每月检测一次细菌，标准为<50CFU/ml。
- 2、从活性炭罐处取样，每天检测水中的游离氯，含量为<0.1mg/l。
- 3、在软水器处取样，每天测试软水的硬度，标准为<17ppm。
- 4、反渗透主机的电导率和产水率要每天监测。
- 5、每季度检测一次产水内毒素，标准为<1EU/ml。

在我们进行血液透析超纯水设备产水检测时，以上检测结果和化验单应登记并保留，发现问题及时解决，为了时刻保证出水达标，我们首先应了解血液透析医疗用水需要检验哪些指标，并做好水质检测。