

非标高低温测试箱报价 广东科翔非标定做 广东高低温测试箱

产品名称	非标高低温测试箱报价 广东科翔非标定做 广东高低温测试箱
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

产品详情

高低温试验箱的使用寿命是多久？

广东科翔智能检测技术有限公司

对于高低温测试箱的使用寿命，其实没有一个标准的固定值。影响试验设备使用年限的因素有很多，包括试验箱自身的质量、保养情况和使用频率等多种因素。科翔20多年的发展历程中，积淀了高难度技术和精英人才的储备，实现了产品定型化、定制化和大批量制造，拥有自主研发的能力。产品拥有强大的中央控制系统，产品质量。科翔高低温试验箱，常规保修时间1年（一些特殊情况有条件的2年保修），正常情况下3~5年的使用年限是完全没问题的（不包耗材），大多情况5~8年也可以的，这要视使用情况，保养状况而定。我们公司的试验箱出厂前都是经过严格的试验、检测的，还有对客户的使用和保养有细致的培训。所以，使用我公司的试验箱，只要操作、保养得当，设备的使用寿命是可以有保障的。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东科翔智能检测技术有限公司

初次使用高低温湿热试验箱该注意哪些？

广东科翔智能检测技术有限公司

一台高低温试验箱初次使用时如果能很好的注意操作习惯，在后面的使用过程中就不太会容易出故障，接下来科翔就为大家介绍一些高低温湿热试验箱初次使用时应该注意的事项。

如果你对高低温湿热试验箱不了解，你可能不会知道，其实高低温湿热试验箱是一个非常娇贵的仪器，他的娇贵从你次花钱买下它来的时候就已经开始了。

首先是高低温湿热试验箱的运输，在搬运中您一定要注意，高低温湿热试验箱不可以倾斜15度以上，高低温湿热试验箱在运输中一定要正面朝上，不可横放，倒置。

其次呢就是摆放位置要求，高低温湿热试验箱宜放在通风的地方，以利散热，从而增加高低温湿热试验箱的制冷能力，一般要求高低温湿热试验箱与周壁的距离不少于50厘米。

在高低温湿热试验箱的使用过程中，以下行为是切记要避免的：

- 1.高低温湿热试验箱在试验过程中，如无特殊必要，切记不要打开箱门，避免由此产生的设备运行不稳定，防止操作人员、。
- 2.当试验室频繁断电或电压不稳的时候，一定要先切断高低温湿热试验箱的电源，防止频繁启动，烧坏压缩机。

霉菌试验箱、霉菌培养试验箱、换气式霉菌试验箱试验满足的标准有哪些？

广东科翔智能高低温试验箱

满足霉菌试验执行标准有：

- 1、GBT24128-2009塑料防霉性能试验方法。
- 2、GB4789.15-2016食品安全。
- 3、GB/T10588-2006长霉试验箱技术条件。
- 4、IEC68-2-10ISO电工电子标准。
- 5、GJB150军中用标准环境试验方法：霉菌试验方法。
- 6、MIL-STD-810C美国军中用标准。

7、NAT-STD-3518B北大西洋公约标准，等。