

医用腹透液恒温加热箱

产品名称	医用腹透液恒温加热箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

手术室恒温箱操作流程相关-手术患者术中体温变化,总结保持术中低体温的护理经验.方法将78例手术患者随机分为观察组和对照组,每组39例,观察组将术中输注液体和冲洗液体加温至37 ;对照组液体不采用加温措施.观察术中体温变化幅度、术中不良反应.结果观察组术中体温变化幅度明显小于对照组,差异有统计学意义($P < 0.05$);两组在术中均未出现明显不良反应,差异统计学意义($P > 0.05$).结论采取加温术中液体的方式可保持手术患者术中体温的平稳,安全,为成功完成手术提供了有力保障.

手术室恒温箱操作流程产品说明-

通过手术前和手术过程中控制体表和体腔的散热,采取多种护理措施营造从体内到体外温暖舒适的内外

环境，可有效的防止病人术中发生低体温。其积极意义在于有效地防止了由于低体温带来的并发症，减轻

了病

人的痛苦

，缩短了病人的住

院时间，减轻了病人的经济压力，有

利于早日康复。同时也提升了手术室

护理质量，深化了护理内涵。福意联手术室生理盐水冲洗液37度加温，医用盐水注射液，甘露醇冲洗液

，甘露醇注射液，手术室清洗液，消毒的37度（或42度）加温清洗器官使用。

手术室恒温箱操作流程产品参数：

手术室恒温箱操作流程使用说明：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。
- 3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过

低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。

建议：提前放入，随用随取，随取随加。

手术室恒温箱操作流程相关-

体温是维持人体生理功能的基本保证,人体温度设定在37℃,体温低于36℃称为体温过低.而在手术中,其发生率在50%-80%.术中后使体温调节功能抑制、体腔长时间开放暴露、静脉输入大量冷液体和库血、室温过低、体腔灌洗冷冲洗液等均能导致低体温的发生.对于一般体质的患者,在手术过程中体温降低1-2℃对机体不会造成太大的危害,而对于病情重、体质弱且年龄较大和偏小的患者,其体温的低下不仅会对机体造成损害,而且会危及生命.应引起重视.因此,术中应对体温进行监测,随时了解体温的变化,及时采取措施,减少并发症的发生.

手术室恒温箱操作流程