

CCEP证书，石家庄工地空气质量在线监测系统，厂家销售

产品名称	CCEP证书，石家庄工地空气质量在线监测系统，厂家销售
公司名称	北京九州鹏跃科技有限公司
价格	28800.00/套
规格参数	九州鹏跃:jzpy AQM:836S 北京:昌平
公司地址	北京市昌平区昌平科技园区超前路6号
联系电话	010-57115089 18910379612

产品详情

(一) 质量性能

依据招标技术要求，提供满足技术指标性能要求的数字测尘仪。

扬尘在线监测系统型号：AQM-836S

功能及技术指标

认证标准

1、具有CPA计量器具型式评价报告 1、取得北京市计量检测科学研究院出具《计量器具型式评价报告》编号：和证书（提供报告和证书复印件或 8XP-365-1；扫描件）

取得《中华人民共和国计量器具型式批准证书》（CPA证书编号：2019C121）；

性能指标

2、检测原理：激光光散射法 设备符合JJG846-1993《光散射式数字粉尘测试仪》检定规程。证明文件：北京测科学研究院出具《计量器具型式评价报告》编号：2018XP-365-1第3页工作原、使用掺和及生产所依据的标注和编号。

数字测尘仪为激光光散射原理：当含粉尘空气由采样口吸入，经呼吸性切割器去粗大粒子，进入暗室里的浮游粉尘在激光照射下产生散射光，经接收并转接光强度及粉尘浓度成正比的每分钟脉冲数，经微电脑处理便可直接显示粉尘质

3、检测灵敏度：0.001mg/m ³	/m。 检测灵敏度：0.001mg/m 证明文件：北京市计量检测科学研究院出具的检测报告（证书编号：2019-KF 测量结果项。
4、测定范围：0.001 ~ 10mg/m ³	测定范围：0.001 ~ 10mg/m ³
5、测定时间：采样标准时间为1分钟，设有0.1、1及手动档（任意设定采样时间）	快速1分钟直读粉尘质量浓度，采样标准时间为1分钟，设有6秒、1分钟及手动
6、重复性误差：± 2%	重复性误差：± 1%
7、相对标准粒子测量相对误差：± 10%	相对标准粒子测量相对误差：± 10%
8、显示屏：带液晶显示器	显示屏：大屏幕液晶显示器，汉字菜单提示，操作界面友好简洁显示器上直读 浓度单位：（mg/m ³ ）
9、具有气幕屏蔽及洁净气自清洗功能，确保光学系统不受污染	具备特别鞘气的保护气幕，避免了粉尘对仪器核心部件- 光学系统的污染，确保仪器高可靠性。
10、仪器内设出厂前已标定的具有光学稳定性自校装置（须提供第三方报告复印件或扫描件）	出厂每台设备都具备的稳定的标准光源散射用于自校准，校准装置都与重量法 样保证了设备可以现场随时校准和调零。