

# YY1587医用内窥镜信噪比测试-亮度响应特性测试-成像质量测试-天南易联检测设备

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | YY1587医用内窥镜信噪比测试-亮度响应特性测试-成像质量测试-天南易联检测设备 |
| 公司名称 | 天津天南易联生物科技有限公司                            |
| 价格   | 400000.00/套                               |
| 规格参数 | 品牌:天南易联<br>型号:VideoEndo_T20<br>产地:天津      |
| 公司地址 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园景祥路1号                 |
| 联系电话 | 13820354014 13820354014                   |

## 产品详情

电子内窥镜/医用内窥镜测试系统是针对发布的YY/T1587-2018《医用内窥镜电子内窥镜》以及YY/T 1603-2018《医用内窥镜内窥镜功能供给装置摄像系统》两个标准定向研发，面向医疗器械检测机构、电子内窥镜/医用内窥镜摄像系统制造企业、医院、计量机构及其他有客观评估电子内窥镜/医用内窥镜摄像系统成像性能的机构和个人。配备的亮度水平可调节光源、测试标板、镜体夹持及距离调节装置，以及一体化的亮度控制、图像采集分析软件，使得本测试系统成为您实现YY/T1587-2018和YY/T1603-2018的佳选择。电子内窥镜/医用内窥镜测试系统高度集成化，全软件控制光源亮度水平、自动采集、自动处理，可直接生成测试结果报告，大幅度降低了标准的实现难度，提高了产品测试效率，可有效提升企业的自检和出厂检验能力。测试项目包括：

- 亮度响应特性、信噪比、静态图像宽容度、SFR的测试；
- 视场角、照明镜体光效；
- 视向角、有效景深、角分辨力、单位相对畸变、色还原、ISO8600-5；
- 扩展的YY0068.1-2008指标；
- 扩展的YY1081-2011冷光源指标；

系统组成包括：1. 亮度水平可调节光源2. 定制的测试标板3. 的夹持装置4. 一体化的亮度控制、图像采集分析软件

天津天南易联生物科技有限公司

医用内窥镜信噪比测试、医用内窥镜信噪比测试、医用内窥镜信噪比测试