

管道矿用流量计LZD127/100 300口径矿用流量计

产品名称	管道矿用流量计LZD127/100 300口径矿用流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

管道矿用流量计输出不稳定因素管道矿用流量计输出不稳的原因，有的是安装不规范，或者测量液体有很多泡沫，大的原因可还是管道晃动引起的，但是一旦出现管道矿用流量计输出不稳，不能只考虑管道晃动的原因。一、管道矿用流量计故障原因管道矿用流量计输出晃动大数据不稳定大体上可归纳为5方面故障原因，它们是：(1)管道矿用流量计流动本身是波动或脉动的，实质上不是电磁流量计的故障，仅如实反映流动状况;(2)管道矿用流量计管道未充满液体或液体中含有气泡;(3)管道矿用流量计外界杂散电流等电、磁干扰;(4)管道矿用流量计液体物性方面(如液体电导率不均匀或含有较多变颗粒/纤维的浆液等)的原因;(5)管道矿用流量计电极材料与液体匹配不妥。二、管道矿用流量计检查程序

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m ³ /h		
测量精度	± 1%		
安装方式	管段式 法兰对装		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

检查管道矿用流量计输出晃动的流程。先按流程全面考急作初步调查和判断，然后再逐项细致检查和试排除故障。流程所列检查顺序的先后原则是： 可经观察或询问了解无须作较大操作的在前，即先易后难; 按过去现场检修经验，出现频度较高而今后可以出现概率较高者在前; 检查本身的先后要求。若经初步调查确认足后几项故障原因，亦可提前作细致检查。以上是影响管道矿用流量计输出不稳定的原因，找到具体的故障原因就可以对症下药和正确处理解决问题，确保仪表的正常运行和准确计量。内蒙古宁夏矿用流量计 矿用电磁流量计 智能矿用流量计 本安防爆流量计

矿用流量计，井下流量计，煤安证流量计，300口径矿用流量计