

精尚JS80高低温冷热冲击试验箱

产品名称	精尚JS80高低温冷热冲击试验箱
公司名称	惠州市精尚仪器设备有限公司
价格	78888.00/台
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县龙溪镇龙城一号15-16号
联系电话	13392554558 13392554558

产品详情

高低温区温度范围：

1. 高温区部分：80 -150

2. 低温区部分：-10 至-40 。

二、温度测试范围：

1. 高温：常温至 +150 。

2. 低温：0 至-40 。

三，控制精度：+(-)2 。

四、解析精度：0.01 。

五、高溫區升溫時間：自常溫至100℃，約30分鐘。 3℃/min（非线性空載）

六、低溫區降溫時間：自常溫至 -40℃，約60分鐘。 1℃/min（非线性空載）

七、測試區溫度恢復時間：3-5分鐘。

八、機器結構與材質：

1.結構：分為高溫區、低溫區、測試區。

2.內部尺寸：40cm(W) × 50cm(H) × 40cm(D)

3.外部尺寸：171cm × 192cm(H) × 138cm(D)

4.內外箱材質：SUS # 304耐熱耐寒不銹鋼板，一級光面板。

5.保溫材質：高密度玻璃棉及高強度PU發泡絕緣材料。

6.防汗機件：以系統K型管之熱能作防汗處理。

7.附屬設備：

a.耐寒耐熱之高張性迫緊（packing），可耐溫400℃及低溫-200℃

b.高低溫自動轉換設備乙套

c.附可調式活動盤二隻

九、冷凍系統及加熱系統：

- 1.采原裝法國泰康高效率壓縮機。
- 2.配有自動及手動除霜迴路。
- 3.斜率式FIN—TUBE蒸發器，可迅速達到低溫效果。
- 4.原裝進口日制電磁閥、乾燥過濾器等冷凍元件。
- 5.內螺旋式K—TYPE冷媒銅管。
- 6.U—TYPE高速電熱管。
- 7.採用風冷式冷凝器。
- 8.採用環保冷媒。
- 9.其他附件修理閥，電子自動轉換膨脹閥及電磁開關等。

十、送風循環系統及排水系統：

- 1.采日制多翼離心式循環風扇，日制馬達整組。
- 2.FLOW THROW送風方式，水平擴散垂直熱交換弧形循環。
- 3.排水系統采迴渦形排水口及U—TYPE積沈裝置。
- 4.多片翼式扇葉溫場效應分佈均勻。

5. STAIN LESS加長軸心風量適當。

十一、 電路控制系統：

- a.彩色触摸屏控制器
- b.可記憶50組程式（PIN）×1000段（STEP），而各組程式（PIN）多可執行999回或者無限次返覆執行。
- c.微電腦全自動PID+SSR控制方式，既方便又穩定。
- d.微電腦智慧型多功能控制，具有各組冷凍壓縮機、電磁閥、加溫HEATER、加溫HEATER... 等全自動控制輸出功能。
- e.各系統的主要元件配備有安全檢知介面裝置，當異常故障發生時，立即經由LCD文字顯示故障狀態及切斷電源。
- f.具有預約開機時間、關機時間之設定功能，可由年、月、日、時、分來設定之。
- g.具有運轉保養累積時間顯示功能，可供機台運轉時間及保養參考用。
- h.LCD背光燈開與關之時間，可由程式來規劃之，以延長背光燈之使用年限。
- i.可選擇單段控制或多段程式之多種畫面，以增加其操作上之方便性。
- j.附時序控制介面RELAY×2組，可規劃外部邏輯驅動元件輸出（信號、機構、電源.....等相關輔助控制）。
- k.附有RS-232（標準品）通信介面裝置壹隻。
- l.具有停電記憶裝置及停電機台啟動方之選擇 BREAK COLD HOT可任意規劃之。

m.溫濕度資料設定完成後，或者運轉執行中可叫出程式設定圖形畫面，以方便瞭解設定及執行之各種情況。

n.程式執行中可暫停（HOLD），跳段（ADV）及從事其他程式之設定。

o.具有恢復時間與測試時間WAIT功能。

p.具有清除程式之功能。

q.具有操作鎖定之功能，及避免人爲之幹擾。

r.具有時間及日期之校正。

s.具有顯示狀態，及執行等畫面以瞭解機台之運作。

十二、安全保護系統：

1.系統控制回路保險絲。

2.系統過電流保護裝置。

3.附有無熔絲保護開關。

4.超溫保護裝置。

5.冷凍壓縮機過負載保護裝置。

6.壓縮機高低壓保護開關。

7.欠相保護開關。

8.故障指示燈。

9.緊急停止開關。

10.控制器設定錯誤故障顯示及警示。

十三、電源：三相AC 380V 50Hz