

禽白血病病毒抗原检测试剂盒(双抗体夹心法)中海生物技术

产品名称	禽白血病病毒抗原检测试剂盒(双抗体夹心法)中海生物技术
公司名称	中海生物技术(枣庄)有限公司
价格	1210.00/盒
规格参数	生产厂家:中海生物 保质期:12个月 贮藏时间:2~8
公司地址	枣庄市市中区汇泉西路67-6号
联系电话	18563277601

产品详情

禽白血病病毒抗原检测试剂盒(双抗体夹心法)

禽白血病 (Avian leukosis) 是由禽C型反录病毒群的病毒引起的禽类多种肿瘤性疾病的统称, 二类传染病、寄生虫病1300-1930-979主要是淋巴细胞性白血病, 其次是成红细胞性白血病、成髓细胞性白血病。此外还可引起骨髓细胞瘤、结缔组织瘤、上皮肿瘤、内皮肿瘤等。大多数肿瘤侵害造血系统, 少数侵害其他组织。

【检测原理】

中海生物技术的禽白血病病毒抗原检测试剂盒(双抗体夹心法) ZHzBio.CoM是采用双抗体夹心

酶联免疫吸附试验（ DAS-ELISA ）原理来检测禽白血病病毒的P27抗原。检测时，在相应的反应孔中加入阴、阳对照品和待测样品，经温育后，若样品中含有P27抗原，则与包被板上的抗体结合形成抗原抗体复合物，反之则不能结合。洗涤后，加入的酶结合物与包被板上的抗原抗体复合物发生特异性结合。再次洗涤后加入底物，酶催化底物反应呈现蓝色，颜色深浅与样品中P27抗原的含量成正相关，从而达到快速检测的目的。

【需自备的材料】

酶标仪（ 450 nm ）、去离子水、离心管、微量移液器、计时器、离心机（ 4000 rpm ）、恒温培养箱（ 37 ℃ ）、棉签、氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾等。

【用法与判断】

禽白血病病毒抗原检测试剂盒(双抗体夹心法)说明书

【注意事项】

- 1.本品仅供体外检测使用。
- 2.不同批号试剂盒中的组份不可混用。
- 3.勿使用过期的试剂盒，已开封的组份应在有效期内使用。

4.必须使用符合药典规定的水（如蒸馏水、去离子水或纯水）稀释洗涤液。

5.试剂盒各组份在使用前应预先平衡至室温（ 25 ± 2 ）。

6.未使用的包被板应放回铝箔袋并封口，2~8℃保存。

7.应避免使用金属类物质盛装和搅拌试剂。

8.勿将显色液暴露于强光下。

9.本品终止液为强酸，避免同眼、皮肤接触。

10.移液系统应保证准确清洁，应提供准确溶液体积的同时不造成交叉污染。

【贮藏与有效期】

2~8℃保存，有效期为12个月。

【规格】

96孔/盒；192孔/盒