

# 河南矿用流量计厂家电磁流量计 许昌市矿用污水流量计厂家

产品名称	河南矿用流量计厂家电磁流量计 许昌市矿用污水流量计厂家
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	6690.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD280/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

## 产品详情

河南矿用流量计厂家电磁流量计市政给水接驳时的管材、管件及阀门等直径按系统合用后的参数选定，选择传感器直径比接驳管径尺寸小的电磁流量计，管径、表径不一致，管径大、表径小，安装连接时传感器前后加接异径管。

河南矿用流量计厂家电磁流量计其结果是在电磁流量计部分局部提高了流速，满足了仪表对流速范围的要求，使供水企业在可以对用水量进行准确计量的前提下二合一，企业节省了一套计量装置的投资费用。如上述医疗器械厂安装的水表组构成成为管材及闸阀、止回阀直径为DN150，电磁流量计为DN100的计量装置，此时传感器部分的水流速度为 $0.47\text{m/s} > 0.3\text{m/s}$ 。

河南矿用流量计厂家电磁流量计异径管需满足锥度要求。电磁流量计的入口与出口的直线管段有长度要求，传感器前后加接的异径管，若要视为直管段的一部分，应符合产品关于传感器前后管段渐扩或渐缩的圆锥角小于 $15^\circ$ 的要求。

河南矿用流量计厂家电磁流量计因此这种做法必须进行异径管中心圆锥角计算，如上述DN100电磁流量计入口与出口处，依据《给水排水标准图集》加工制作的DN150×100的异径管，其中心圆锥角计算后为 $11.74^\circ < 15^\circ$ 。

3.河南矿用流量计厂家电磁流量计异径管无法满足锥度要求，必须订制加长的渐扩或渐缩管。如开发区某大型外资企业依据其用水量原设计选择DN600电磁流量计水表组，企业向供水中心提出水表组的建设费用，以及因电磁流量计直管段的要求使水表房过于狭长的缘故，我们考虑采用选择小一级甚至二级管径尺寸的电磁流量计，水流速度均在其允许范围内。

河南矿用流量计厂家电磁流量计依据标准图集异径管尺寸计算，DN600×400异径管中心圆锥角为 $20.42^\circ$ ，DN600×500异径管中心圆锥角为 $16.03^\circ$ ，均大于 $15^\circ$ ，不符合产品设计要求。因此必须订制非标的渐扩或渐缩管，加长异径部分的长度，使中心圆锥角减少到锥度要求以内。

