# 防爆真空试验箱 标承实验仪器 宜昌防爆真空试验箱

产品名称	防爆真空试验箱 标承实验仪器 宜昌防爆真空试验箱
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

### 为什么真空干燥箱真空度达不到

为什么真空干燥箱真空度达不到 真空度达不到主要的问题是质量问题,多数客户购买的真空箱质量比较差出现漏气问题,少数客户是使用时间久了,管子或者零配件老化问题。 常见的问题就是门封闭不好,还有就是真空泵和,真空箱漏气,防爆真空试验箱,这几个问题。所以建议大家在购买真空干燥箱箱的时候,请选择正规厂家,不要贪图小便宜,防止吃亏自己,不少客户在购买真空干燥箱后,常年累月的出现问题,真空干燥箱是一个很小的试验箱,那……

#### 真空箱防爆真空试验箱

#### 充氮真真空箱使用说明

- 1、安装时把电源线插入380V电源插座,并使箱体可靠接地。2、关闭放气开关。
- 3、按电源开关,几秒钟后仪表有显示。同时打开抽气开关按真空泵启动运转。当箱内真空度达到要求后 ,关闭抽气开关,咸宁防爆真空试验箱,及真空泵电源.
- 4、按仪表 或 设定工作温度,再按SEL键确认,仪表设定完成。按"加热"开关,真空干燥箱开始升温。
- 5、当箱内温度到达设定温度时,仪表自动控制真空干燥箱温度在设定温度控制范围内。

如需自动定时,先设定定时时间,再打开计时开关,到时自动关机

- 6、当真空干燥箱内温度超过设定温度5 时,真空烘箱加热电源被切断。此时应立即检查仪表及控制线路是否有故障并及时排除。
- 7、试验完毕,打开放气开关,直至压力表指针回到零位。
- 8、按电源(关),充氮高温真空箱停止工作。
- 9、充氮气时,打开充氮开关,宜昌防爆真空试验箱,注意:氮气进气压力应不大于0.5kg/cm2,氮气减压阀应处调整到不大于0.5kg/cm2,否则充氮气软管可能受损,造成设备不能被正常工作
- 10、遇到临时停电或急着关机时,箱内的温度必须降到200 以下,避免硅橡密封条烧

#### 真空箱使用程序注意事项

这一点在产品的使用说明书里已经写清楚了。但是为什么必须先抽真空再升温加热,而不是先升温加热 再抽真空呢?

- 1) 工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。
- 2) 如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,鄂州防爆真空试验箱,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。
- 3) 加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。

正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。

防爆真空试验箱-标承实验仪器-宜昌防爆真空试验箱由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司位于上海市松江区佘山工业园区强业路18号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前标承实验仪器在试验机中享有良好的声誉。标承实验仪器取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。标承实验仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。