

福意联医用加温柜

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 福意联医用加温柜 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 75841.00/台 |
| 规格参数 | 介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

福意联医用加温柜公司说明-

北京福意电器有限公司是集一家经营，销售，维护为一体的综合性仪器售后商，公司秉承“以德敬人，以诚待人”的一贯，以优良的好，实惠的价格，诚信务实为公司营销理念。经过不懈努力福意联已与全球多家仪器仪表厂商建立了稳固、广泛的与销售合作关系.已逐渐发展成为优良影响力的仪器供应商。

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、腹透液加温箱。

福意联医用加温柜用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

福意联医用加温柜产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联医用加温柜相关-凝血物质的活性降低，抑制凝血功能，增加手术-量3.深静脉血栓形成。5、内分泌系统：抑制药品分泌，恒温箱素和促恒温箱素分泌增加，恒温箱上腺素、恒温箱等儿茶酚胺水平随低温而增加，中易发生高血糖。

6、改变药物代谢周期：增加肌肉松弛药的作用时间，延长后苏醒时间。

7、对于创伤患者，低体温与死亡发生率的升高相关。

8、其他：低体温可使恒温箱血流量下降，ph升高以及呼吸减慢等。四、预防措施

1、设定适宜的环境温度：应维持在21-25度。根据手术不同时段及时调节温度。

2、注意覆盖，尽可能减少皮肤暴露。3、使用加温设备，可采用充气式加温仪等加温设备。

4、用于静脉输注及体腔冲洗的液体宜给予加温37度。5、高危患者（0、新生儿、严重创伤、大面积烧伤患者等）除采取上述保温措施外还需要额外预防措施防止计划外低体温，如可在手术开始前适当调高室温，设定个性化的室温。五、注意事项 1、应采用综合保温措施。

2、在使用加温冲洗液前需再次确认温度。

3、应使用安全的加温设备，并按照经营商的书面说明书进行操作，尽量减少对患者造成可能的损伤。

4、装有加温后液体的静脉输液袋或灌洗瓶不应用于患者皮肤取暖。5、使用加温毯时，软管末端空气温度极高，容易造成患者热损伤。不能在有加温毯的情况下直接加温或使用中的软管与加温毯分离。

6、加温后的静脉输液袋或灌洗瓶的保存时间应遵循静脉输液原则及产品使用说明。7、对使用电外科设备需要粘贴负极板时，应注意观察负极板部温度，防止负极板部过热性状改变对患者皮肤造成影响。8、使用加温设备需做好病情观察及交接班工作。

9、加强护士培训，掌握预防低体温及加温设备使用的相关知识。六、总结 1.

提高护理售后意识，重视对“低体温”的主动预防。2.规范围术期的护理，

病人的保暖工作，应从入手术室前做起。3.加强对病人围术期的心理疏导和术中体温监测。4.

加强业培训，默契配合，尽量缩短、手术、创面暴露时间。5.

选择适应的加温设备，提高病人手术舒适度，确保病人术中的安全6.单一的保温方法不一定能起到保温作用。术中采用复合保温护理方法可有效地维持病人的正常体温。

勤发发