

矿用污水电磁流量计无线远传型24V供电

矿用高精度电磁流量计无线远传

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 矿用污水电磁流量计无线远传型24V供电 矿用高精度电磁流量计无线远传 |
| 公司名称 | 济宁同创仪器仪表有限公司业务部 |
| 价格 | 7800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:同创 型号:GLC400/1000 产地:山东 |
| 公司地址 | 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号 |
| 联系电话 | 18305472085 18353732167 |

产品详情

矿用高精度电磁流量计开口排放管道安装，应安装在管道的较低处：1、矿用高精度电磁流量计选择安装位置时需特别注意：非测量电极的轴线必须近似于水平方向。2、矿用高精度电磁流量计测量管道内必须全部充满液体；流量计前方要有5倍直管径距离的长度的直管段，后方要有2倍直管径长度的直管段距离。3、矿用高精度电磁流量计若测量管道有振动，在流量计的两边应有固定的支座测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离要有30倍直管径长度为方便今后流量计的清洗和维护，应安装旁通管道。安装聚四氟乙烯内衬的流量计时，连接两法兰的螺栓应注意均匀拧紧，否则容易压坏聚四氟乙烯内衬，用力矩扳手。并且安装点位避免负压。4、矿用高精度电磁流量计流体的流动方向和流量计的箭头方向一致；管道内要有真空会损坏流量计的内衬，需特别注意。在流量计附近应无强电磁场。在流量计附近应有充裕的空间，以便安装和维护。