

赤壁市口罩耳带拉力测试 耳绳断裂强力检测

产品名称	赤壁市口罩耳带拉力测试 耳绳断裂强力检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	口罩耳带拉力:耳绳断裂强力检测 周期:3-5 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

口罩专用拉力试验机检测医用口罩、一次性口罩、防护镜、防护服等各种口罩、防护服进行拉力试验。另外还可进行塑料、编织袋、非织造布、塑料薄膜、制品、PVC管材、纸张纸板、编织袋、打包带、胶带、胶粘剂等产品的拉伸、撕裂、伸长率、剥离等力学性能测试。各类口罩口罩带，口罩绳拉力测试要求如下：

一次性使用医用口罩

YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》 YY/T0969口罩带拉力测试

依据 YY/T0969-2013

一次性使用医用口罩标准4.4.2方法检测，每根口罩带与口罩连体连接点出的断裂强力应不小于10N。

按照5.4 口罩带 检测方法：

5.4.2 随机抽取3个样品进项试验。以10N的静拉力进行测量，持续5s，结果均应符合4.4.2的要求。

医用防护口罩

GB 19083 口罩拉力测试机，依据GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求标准 4.3口罩带 4.3.2方法检测，应有足够强度固定口罩位置。每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10N。

按照5.3口罩带 检测方法：

5.3.1 样品数量：取4个口罩，打开包装，其中2个进行温度预处理，2个不进行预处理。

日常防护型口罩

GB/T32610-2016 《日常防护型口罩技术规范》 GB/T32610

口罩及口罩带与口罩体的连接处断裂强力试验机（拉力试验机、拉力测试机）依据 GB/T32610-2016

日常防护型口罩技术规范 5.3内在质量表2

内在质量指标的要求：口罩及口罩带与口罩体的连接处断裂强力/N 20 按照 6.9

口罩及口罩带与口罩体的连接处断裂强力。