

无锡市医用防护口罩微生物指标检测

产品名称	无锡市医用防护口罩微生物指标检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

医疗防尘口罩检测中心

广分质量检验朝向全服务项目口罩生产公司，给予各种日用防尘口罩检验，一次性使用医用口罩检测，医疗外科口罩检验，医疗防尘口罩检验,N95口罩检验，针织口罩检验，自过滤式防细颗粒物呼吸器等防护口罩制成品及防护口罩用原材料检测。

给予各种口罩检测

广分质量检验口罩检测范畴及有关检验按照规范：

1、一次性使用用口罩检测

测试标准为 YY/T 0969-2013 《一次性使用用口罩》检验工程关键有外型、构造与规格、鼻桥、口罩带、病菌过滤效率、换气摩擦阻力、微生物菌种指标值、含量、分子生物学点评。在其中微生物菌种指标值关键检验细菌菌落数量、大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色链球菌、可溶链球菌感染、细菌。二分子生物学点评新项目有体细胞性、肌肤激、迟头型超敏反应等。

2、用外科口罩检验

测试标准为 YY/T 0469-2011 《用外科口罩》测试标准，检验工程有密封性、颗粒物过滤效率，过滤颗粒

物种类，病菌过滤效率，透性规定。

3、用防尘口罩检验

测试标准为用防护口罩GB19083-2010用防尘口罩技术标准;检验工程有密封性、颗粒物过滤效率，过滤颗粒物种类，病菌过滤效率，透性，表层抗湿，阻燃等级，气摩擦阻力，不应该有呼阀等

4、普遍N95口罩检验

测试标准为GB2626-2006呼防护装备自过滤式防细颗粒物呼器，阻燃等级，漏率，呼吸摩擦阻力，气摩擦阻力，死腔，密封性等

5、PM2.5防尘口罩检验

测试标准为T/CTCA 1-2015《PM2.5防护口罩》、TAJ 1001-2015《PM2.5防护口罩》。检验工程关键有表观检验、室内甲醛、pH值、温度环境湿度预备处理、可降解性致癌物质方位氨染剂、微生物菌种指标值、过滤效率、总漏率、呼摩擦阻力、防护口罩阴茎系带与主要联接力、死腔等

6、针织口罩检验

测试标准为FZ/T 73049-2014《针织口罩》。检验工程关键有外型品质、本质品质、pH值、甲醛浓度、可降解性至癌芳香胺染剂成分、化学纤维成分、耐皂洗水洗色牢度、耐潮水洗色牢度、耐唾沫水洗色牢度、耐磨擦水洗色牢度、耐汗迹水洗色牢度、透气性率、臭味等