

# 病历夹隔离袋杀菌柜

产品名称	病历夹隔离袋杀菌柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

## 产品详情

### 病历夹隔离袋杀菌柜说明：病理标本管理制度及送检流程

取材结束后，要对标本进行脱水、透明、包埋、浸蜡。

包埋就是用包埋剂（通常为石蜡）将组织包埋成块的过程，只有经过包埋才能使组织达到一定的硬度和韧度，才有利于切成所需要的厚度。

而为了让石蜡进入组织，就需要进行脱水和透明。在这一过程中，组织块变得透亮，并浸入融化的石蜡，完成了组织“化学加工”程序。为下一步切片、制片打好基础。

标本的切片、染色、观察

接下来就到了制片的关键过程——切片，切片要求厚薄均匀、平坦、无褶皱、无折叠、无刀痕、无裂隙等。切好的片子放入摊片机中，技师挑选无污染、无皱褶的组织蜡片裱在载玻片上，沥水后放在展片机（烤片机）上烘烤，之后就可以进行脱蜡染色等处理。

一、普通病理标本存放与送检1. 手术中切下的标本由器械护士按要求放置于手术台上，请示手术医师后交给巡回护士，巡回护士在接取标本的同时，与手术医师及器械护士一起确认手术标本的名称，并及时填写在标本袋的标签上；如术中有两个以上标本时（如多组淋巴结等），每取出一组，器械护士应立即交给巡回护士，三人同时确定标本名称，由巡回护士正确填写在标本袋的标签上。2. 术中小块标本易丢失，洗手护士应特别注意保存，若无洗手护士，巡回护士应提醒术者留存标本。3. 凡手术切取的一切组织、抽吸的液体（送检）等，洗手护士必须向医生询问清楚是否保存，不得擅自丢弃。4. 术中留取的标本由手术医生或巡回护士给家属查看后，由手术医师、器械护士核对病理标本及病理单，共同到病理间浸泡病理标本，固定液量应为标本体积的3-5倍，并逐条填写病理登记交接本并签字，各科标本放入各科病理标本橱内，并及时上锁，严防标本丢失。5. 每日送病理标本前，护理员将标本与病理单、病理登记交接本核对无误后在病理登记交接本上签字，将标本及病理单送病理科，与病理科人员核对后签字，取回病理标本登记交接本底联保存。6. 无病理单的标本或标本与病理单不符或病人信息与病理单信息不符时，护理员应立即报告巡回护士，巡回护士立即汇报责任医师查找原因。7. 护理员每日备好10%福尔马林液体。

病历夹隔离袋杀菌柜型号说明：

病历夹隔离袋杀菌柜参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-430L 【容积】430L 【温度范围】2-48 每一度可调 【额定电压】C220V 【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595×680×1805mm 【商品重量】105kg 【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(55g) 【额定输入功率】160W

【型号】FYL-YS-828LD 【额定电压】C220V 【额定频率】50Hz 【输入功率】310w 【额定电流】2.4 【噪音】50dB() 【箱体尺寸】1265×680×1823mm 【有效容积】828L 【气候类型】N 【温度范围】2~48 每度可调 【制冷剂用量】R134a(382g)

1、产品结构为立式箱体：主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统制热系统显示系统；2、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在知时间里即可达到温度要求；3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外；4、灵敏温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度。便于随时观察箱体内温湿度变化；5、采用加西贝拉全封闭压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长；6、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；7、采用风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度灵敏度高；8、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好、透明度高、便于随时观察箱体内部存放的物品；9、箱体采用烤漆冷轧钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品；10、箱体内部具备照明设

施，方便夜间观察储存的物品,安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启；12、箱体底部选用出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。

病历夹隔离袋杀菌柜公司说明-

福意联产品适用于科研院所、生物冰箱工程、血站、、卫生系统、高校实验室、\*企业等。适用于科研机构、特殊材料的实验、电子、化工、\*企业、畜牧系统、高校实验、远洋渔业公司等。