水泥软练设备测量仪

产品名称	水泥软练设备测量仪
公司名称	南京苏量检测仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市苜蓿园大街238号
联系电话	025-84680930 18913931089

产品详情

QYRL-1型水泥软练设备测量仪由液晶测量显量仪、高精度数字振动信号处理器、转速信号处理器等组成，是一款具有多核微处理器的新一代高精度多功能测量仪，该多功能测量仪有两路高速通讯端口分别与数字振动信号处理器和转速信号处理器实时通讯，采集转速、振动频率、振动加速度、振动位移。

测量精度高，操作方便，是各级计量、科研部门对水泥胶砂振动台、混凝土振动台、振筛机、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机等进行检测的理想设备。

1.性能特点：1.1. 仪表自带两路通讯端口，可同时对转速、振动频率、振动加速度、振动位移转速测量。1.2. 测量仪由4.3寸TFT彩色液晶作为显示器,可直观显示测量结果。1.3. 测量仪自带锂电池供电，标准安卓充电口。1.4. 测量仪自带环境温湿度测量。1.5. 测量仪可连续存储100组测量数据，存储数据可查询、删除。1.6. RS-232接口，可向电脑传输测量数据。1.7. 工作电源：DC5V。1.8. 工作环境：温度0~40°C，湿度 <90%R.H。1.9. 适用范围：水泥胶砂振动台、混凝土振动台、振筛机、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机等（振实台以及其他不适于数字传感器进行测力的设备，使用水泥软练设备测力仪专用附件进行测量）2.参数

信 号	测量范围	测量准确度
转 速	10.0～30000.0（r/min）	符合水泥软练设备测量仪检定规程《JJG 974-2002》： (60r / mi n-999.9r / mi n 范围内):不超过 1.0%

振动频率	10.0～15000.0（Hz）	符合水泥软练设备测量仪检定规程《JJG 974-2002》：
振动加速度	2.0～200（m/s2）P	符合水泥软练设备测量仪检定规程《JJG974-2002》：（范围内): ±2% (k=3)
振动位移	0.01～20（mm）P—P	符合水泥软练设备测量仪检定规程《JJG 974-2002》：范围内):不超过 1.5%
时 间	1～999.9s	符合水泥软练设备测量仪检定规程《JJG974-2002》：

3.设备配置

序号	名称	单位	数量
1	水泥软练设备测量仪主机	台	1
2	振动测量模块+振动传感器	套	
3	转速测量模块		
4	可调转速支架		
	通讯线缆		
5	电源适配器+线缆		
6	反光纸及配件		
7	使用说明书	份	
8	合格证		
9	装箱单		
辅助配置（振石台等专用）			
1	专用量块，14.7mm和15.3mm	块	各1