

# joimax 30度椎间孔镜 图像模糊，物镜进水维修

产品名称	joimax 30度椎间孔镜 图像模糊，物镜进水维修
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

joimax 30度椎间孔镜 图像模糊，物镜进水

设备名称：joimax 30度椎间孔镜

检测故障：图像模糊，物镜进水

维修方案：处理物镜进水问题，烘干镜子，重新清洁调教光学系统

维修周期：7个工作日，非人为保修三个月

广州云启-手术器械维修

手术器械常见故障：

肾钳：

拉杆断、外管弯/断、钳头断、铆钉缺失、牵引弹簧坏

异物钳：

外管弯、外管折、脱焊、钳头断、牵引弹簧坏

电凝钳：

钳芯断、线缆不通电、绝缘皮烧坏

内鞘：

密封环坏、陶瓷头坏、锁定装置坏、外管变形

外鞘：

水阀漏水、摔断；锁定位不紧、外管变形

气腹针：

缺水阀、漏水、弹簧坏、外管变形

穿刺器：

漏水、开关缺失、水阀坏

脊椎钳、髓核钳、兰钳：

拉杆断、钳口崩缺、钳头断、钳头松动