

# 养护室,集装箱养护室,移动标准养护室 试块养护室 #中美南海对峙

产品名称	养护室,集装箱养护室,移动标准养护室 试块养护室 #中美南海对峙
公司名称	献县瑞泽建筑设备厂
价格	8500.00/台
规格参数	型号:YH-6000 材质:不锈钢 重量:3.5T
公司地址	献县河街镇东八屯村13091168168
联系电话	0317-4405833 18330759990

## 产品详情

集装箱标养室操作方便，效率高、能耗低。不仅促进节能，而且使用寿命长，可将噪声降至更低限度，与传统低温设备相比，降温时间减少40%以上。

集装箱标养室适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等研究、院校、生产部门、是水体分析和800测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。

### 集装箱标养室产品特点

- 1、采用优质镜面不锈钢内胆，箱体采用优质钢板喷塑，四角半圆弧，易清洁，箱内隔板间距可调。
- 2、屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，简单易懂，便于观察和操作。
- 3、配用国际上\*先进的模糊PID智能温度控制器，波动小，带定时功能。
- 4、设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。
- 5、具有4~20mA标准电流信号，RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。

### 集装箱式标养室主要技术参数

控温精度：20 ± 1 ° C

控温范围 90%(相对湿度)

加热功率：3KW

制冷功率：< 2KW(

加湿功率：60W

电源稳压：220V ± 10%V

电源频率：50HZ

集装箱规格：6 × 2.4 × 2.55米

配套设备：

小型标养室

养护室控制仪1台（壁挂式）

不锈钢加热水箱1台

负离子加湿器1台

1.5P冷暖挂机空调1台

中型标养室

养护室全自动控制仪1台（柜式）

单制冷窗机空调1台

超声波加湿器1台

大型标养室

全自动控制仪1套

室内冷暖挂机1套

1.5P室外制冷机1套

1、项目试验室均应建立标准养护室，根据最新国家标准<普通混凝土力学性能试验方法标准>(gby/t50081-2002)的规定，标养室温度应控制在 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度95%以上，标养室面积的大小以满足工程施工需要为准。

2、混凝土、砂浆试件允许在温度为 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的不流动的 $\text{ca}(\text{oh})_2$ 饱和溶液中养护，即净水中养护，但养生池必须安装加热器和继电器，以控制水温，夏天采用循环地下水降温，养生池内的水每月应更换1次，每次只能换一半水。

3、养生池放置混凝土试件，一般应1组3块上下秋放，间距不得少于3am。

4、标养室应安装空调及控温、控湿装置，以保\*温度、湿度在规定的范围内，试块应放在试件架上，彼此间距为1-2am。

- 5、标养室内应加装加温装置，但必须保\*喷出的水是才化状态，不能将凉水直接浇在试件上。
- 6、最好能在标养室内另砌一长方形水池，高约20-30am，便于存放cbr和基层、底基层抗压强度试件。
- 7、应建立标养室温、湿度专项记录本，指定专人负责记录，每日记3次，时间为7点、14点、21点，发现温度、湿度超过控制范围时，应及时调整。
- 8、保持标养室内整洁，不得堆放其他杂物。

标养室管理制度1。标养室由专人(杨报)负责，每日定时测定环境温度、湿度不少于两次(上午、下午)，并认真做好记录，发现问题及时处理。

2。按标准养护条件要求(混凝土试件标准养护温度 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度大于95%。)室内必须配备自动喷淋设备及温湿度控制设备。

3。标养室温湿度控制设备由\*电工和室责任人负责随时检查，如发现问题及时解决。

4。标养庆内应设试件放置架。@台湾局势@统一台湾@阿富汗战争@养护室@试验仪器养护试件按编号、类别、龄期有序地分区

整齐摆放、标识清楚，混凝土试件彼此间距为10-20mm，做好试件进出标养室记录。

5。标养室内加湿装置必须保\*喷出的水呈雾化状态，不能用水寺接淋刷

试件摆放整齐

7。保持好标养室环境卫生，与工作无关的物品不准放入享内。标养室必须举备加热管、温湿度传感器、防水灯具等易损件，以保\*养护条件满足要求。

8。试件成型后，3天以内必须转送到委托的试验检测机构的标养室养护，并做好试件的进出标养室记录。

9。谢绝无关人员进出标养计。

10。标养室实行轮流值班制度，杨报与试验员张洋轮流值班。

11。标养室停电后，必须24小时内将试块转送到委托的试验检测机构的标养室养护。