

# AESCULAP PE184A 0° 脑颅镜 图象模糊不清

产品名称	AESCULAP PE184A 0° 脑颅镜 图象模糊不清
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

AESCULAP PE184A 0° 脑室镜 图像模糊

设备名称：AESCULAP PE184A 0° 脑室镜

检测故障：图像模糊，棒镜断，光学系统损坏

维修方案：更换棒镜，外管，物镜，调整光学系统

维修周期：7个工作日，非人为保修三个月

查询码：liulewijdflku

云启医疗内窥镜维修种类：

维修普通硬镜：腹腔镜维修、膀胱镜维修、宫腔镜维修、电切镜维修、关节镜维修、鼻窦镜维修、耳镜维修等。

维修特殊硬镜：输尿管镜维修、经皮肾镜维修、椎间孔镜维修、宫腔一体镜维修、膀胱碎石镜维修等。

硬性内窥镜维修品牌：

进口硬镜维修：

Olympus奥林巴斯、Storz史托斯、Stryker史赛克、Wolf狼牌、ACMI顺康、Smith & Nephew施乐辉、Linvate

c林弗泰克、Think!思科、SPINENDOS、MaxMorespine、Joimax、FIEGERT费格、WISAP威萨普、Rudolf 偌道夫、Xion艾克松、GIMMI吉米、AESCULAP蛇牌、WelchAllyn伟伦、Schoelly雪力、Ackerman艾克曼、ZIMMA捷迈、GYRUS佳乐、Lut路特、COMEG科曼/高美格、Nopai诺帕等。

国产硬镜维修：

SHENDA沈大、HAWK好克、TianSong天松、XingXing新兴、Optcia光典、FUAO福澳、HUIDA汇大等。

广州云启医疗宫腔镜维修技术设备支持：

广州云启医疗具有精密的仪器检测设备，宫腔镜维修会进行以下试验：

视场角和视向角试验、放大倍率试验、分辨率试验、照度试验、可清晰观察范围试验、雾层试验、密封试验等；

宫腔镜维修后可以达到以下的参数标准要求：

- 1、内窥镜成像清晰，视场边缘圆整，没有影响观察的划痕、麻点及附着物等瑕疵；
- 2、视场角不超过标称值的-5%，视向角不超过标称值的 $\pm 5\%$ ；
- 3、温度在20~40范围内变化时，不产生影响观察的雾层；
- 4、密封良好，经密封渗漏测试后，无成像模糊现象；
- 5、工作距离内观察图像，照明光斑充满视场；
- 6、内窥镜的分辨率、照度不低于原始值的95%；

广州云启医疗经皮肾镜维修技术检测设备

广州云启医疗olympus宫腔镜维修服务优势

- 1、配件齐全、原装配件、原厂工艺、原厂标准；
- 2、提供免费检测及出具检测报告；
- 3、维修周期快，加急不另外收费；
- 4、可选保修周期定制服务（3、6、12、24个月）；

广州云启宫腔镜维修服务流程

- 1、维修咨询：主述故障，初步报价；
- 2、客户寄件：认可初步报价，并有维修意向；
- 3、收到设备后详细检测，确定实际故障并出具检测报告，确认报价；
- 4、客户认可检测故障和报价，签订合同，开始维修，维修完成后通知付款；

- 5、客户不认可故障和报价，退回设备（邮费到付）；
  - 6、款到发货：开据发票，清点零配件，打包发货；
  - 7、客户收到设备后五个工作日内验收，若有质量或数量异议，请与我司联系，逾期视为验收合格。
- ?注意：询价请提供设备品牌、型号、故障现象，或者提供故障图片、故障视频。