

# OLYMPUS A50002A 30度 电子腹腔镜常见故障维修

产品名称	OLYMPUS A50002A 30度 电子腹腔镜常见故障维修
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

OLYMPUS A50002A 30度 电子腹腔镜常见故障维修

查询码：liulewijdflku

检测结果：

- 1、无图像；
- 2、硬管内的光束断丝约30%；
- 3、导光软管老化，损伤严重；
- 4、软管内的光束断丝约40%；
- 5、电缆线老化。

维修方案：A级：更换CCD组件，硬管内的光束，导光管，软管内的光束，电缆线。