

KJ康基气腹针 缺少连接配件维修找云启

产品名称	KJ康基气腹针 缺少连接配件维修找云启
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	KJ:气腹针 康基:超声刀 维修地广州:咬骨钳
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

气腹针维修更换 广州云启医疗设备有限公司是以医疗手术器械维修的公司。公司拥有一批好的维修人员和及医院的医疗设备维修、保养承包商。公司遵循着“信誉第1，服务至上”的服务宗旨，面对新的挑战，我公手术器械常见故障：持针器：拉杆断、钳口夹片磨损、拉杆过长、钳头断、连接销断、锁紧装置打滑等钳口崩缺、钳头断、连接板断、连接脱焊、拉杆断、钢丝断或弹力不够、弹簧管与手柄连接脱开、钳头弹不开光纤断、亮度不够、卡口卡不紧 强生超声刀：钳头掉断、铆钉脱落、绝缘片脱落、绝缘片烧焦、按键失效无次数剩余、无法识别手柄、提示更换器械、螺杆断、手柄线缆断、电缆线外皮破损等 维修案例：KJ康基气腹针维修方案：更换整个气腹针 维修周期：7个工作日， 保修周期：非人为保修3个月 广州云启医疗设备有限公司、电切镜手术器械、输尿管肾镜器械、外科手术器械、骨科手术器械等，各类手术器械，我司有自己的加工手术器械常见故障 陶瓷头烧坏，绝缘头烧坏，折断、变形、脱焊、芯断，绝缘性能损坏，闭合不良、无力、OLYMPUS、威利Valleyl、艾克松XION、顺康ACMI、佳乐GYRUS、强生豪韵Harmonic、捷迈ZIMMA、吉米GIOMED、康美CONMED。 维修案例一：STORZ 26120JL 气腹针 内管变形，伸缩不顺畅 设备名称：STORZ 26120JL 维修周期：3个工作日 保修周期：非人为保一个月 维修案例二：KJ康基气腹针 缺少连接配件 设备名称：KJ康基气腹针 维修周期：7个工作日， 保修周期：非人为保修3个月

进口咬骨钳维修案例 故障判断 咬骨钳不能使用，钳头不能正常开合，手柄可以单独动，钳头也可以用手直接判断是手柄连接拉杆的活动块爆裂，拉杆与活动块连接脱落，起不到推钳头开合的作用。 故障分析 根据手柄连接的结构图，它是通过销钉把活动链接块固定在手柄上，另外一端接的拉杆，现在就是接拉杆的部位爆裂，把手柄拆开，手柄是用销钉连接的，把销钉打出来，手柄就可以拆出来了，但是要想把连接块拆出来，就要接在一起的，所以一定要把销钉全部打下来。在上图可以看出来，上面有4个销钉孔。 其次，在拆出坏的活动块。维修维修，就是尽大的可能去修复损坏的部位，做到以修为主。如果不能修复，再考虑更换，下图就是焊起来是不太够力的，所以要换一个好的活动块。做一个新的换上去就好。

保护和维护 2.清洗 清洗注意事项：如果条件允许，应在清洗和灭菌之前拆开手术器械。不要把手术器械浸它体液发生凝固。浸泡在任何溶液中的时间不能超过2个小时。不能使用钢、木火铁丝刷和精细手术器械应使用灭菌过程中应仔细保护精细显微手术器械的尖部。 a.手动清洗 使用低泡沫溶解蛋白质的清洗剂进行手洗，关于溶液的浓度、温度、接触时间和循环使用方面请遵循生产商的清洗过程中要把器械完全浸入溶液以防止产生雾气。管腔器械，应使用大注射针或晃动的水流清洗液彻底冲洗。

。