

恒温柜用于手术室FYL-YS-431L大输液加温

产品名称	恒温柜用于手术室FYL-YS-431L大输液加温
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	69660.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

恒温柜用于手术室FYL-YS-431L大输液加温公司说明-

福意联郑重承诺：和同的同类其它产品相比，同种产品比质量，同种质量比价格，同种价格比质量、比售后！更加的产品，更加完善的售后，使您在经营过程中，如添翼，如鱼得水，生意兴隆，财源广进。我们竭诚海内外各界人士咨询来函垂询、光顾、洽谈。

恒温柜用于手术室FYL-YS-431L大输液加温产品参数：

恒温柜用于手术室FYL-YS-431L大输液加温使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

恒温柜用于手术室FYL-YS-431L大输液加温相关-低体温对机体的影响 背景随着医疗的不断发展，腹腔镜等微创手术逐渐地在临床开展，手术中“低体温”的发生率也越来越高。由于手术过程中内脏或肢体大面积、长时间的暴露、大量补液与灌注液及药对机体体温调节功能的抑制等因素很容易造成患者体温低于正常体温。研究显示，术中低体温发生率为50%~70%，若输注大量温度低的液体，可诱发寒战，其发生率为5%~65%。低体温会对机体的循环、呼吸、神经等系统造成各种影响，增加术后并发症的发生率，对手术病人的损伤较大，直接或间接影响疾病预后、延长住院时间、增加患者精神乃至经济负担，即使是轻度低体温也可以导致诸多并发症的发生。近年来，随着围手术期监测的不断提高，关注术中低体温对患者的危害及保温措施的应用越来越引起广泛重视。目前，临床工作者已经把加温输液装置或保温毯等相关保温措施单独应用于多器官脏器移植手术、基本外科手术以及神经外科等手术中，预防术中低体温的发生。采用单一保温的方法虽然能够起到预防术中低温的发生，但是并不能完全避免其它因素对体温的影响。本研究所采用的复合保温护理干预措施是将几种保温措施综合使用以维持手术过程中患者体温的稳定，防止体温下降并减少低体温的发生，保障手术患者机体正常生理功能的调节。恒温柜用于手术室FYL-YS-431L大输液加温