

# 交流采样装置检定装置 多表位交流采样变送器校验台 接线图

产品名称	交流采样装置检定装置 多表位交流采样变送器校验台 接线图
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	760.00/套
规格参数	品牌:华能 电流:15A 电压:220v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

## 产品详情

### 交流采样装置检定装置 多表位交流采样变送器校验台 接线图

非常感谢您选择青岛华能HN8002A三相多功能交流采样变送器检定装置！请您在使用仪器前，仔细阅读本《手册》，它将向您介绍本产品重要的信息和使用中应注意的事项。请妥善保管本《手册》，以便将来参考查阅。谢谢！！！！公司保证产品从购买之日起一年内，没有材料和工艺上的瑕疵。本项保证不包括丝或者因意外、疏忽、误用或非正常情况下的使用或处理而损坏的产品。保证期间，如果有维修上的需要，请将损坏的装置连同问题《文字描述》一同送至本公司技术部。除此以外，不提供任何明示或隐含的担保，例如适用于某一目的的隐含担保。同时，公司不对基于任何原因或推测而导致的任何、间接、附带或继起的损坏或损失负责。

装置虽具有过载、过热等保护措施，但严重的错误接线仍可导致设备的损坏！

### 主要功能及特点 2.1 可半自动或手动检验电力系统中数

字式和指针式万用表、钳型电流表、工频电表（电压表、电流表、频率表、电阻表）的基本误差。 2.2 电源部分可生成具有2~31次谐波的畸变波，谐波个数、次数、幅度以及谐波对基波的相位均可程控。 2.3 功放的工作频带为40Hz~1kHz，有良好的线性。电流功放为恒流源，电压功放为恒压源。由于重量轻，本装置更适合于现场校验使用。 2.4

设有RS-232接口。通过上位机软件（选件），由PC机控制本装置可进行自动或手动检验

，并对结果进行处理和管理。 2.5

设有大容量的非易失性存储器，可存储500块被检表的检测原始数据，以供查阅和上传。

### 三、主要技术指标 3.1 交流电压量程

200mV、400mV、2000mV、4000mV、20V、100V、200V、500V、1000V 输出容量 20VA；3.2

交流电流量程 2mA、4mA、20mA、40mA、0.2A、0.5A、2A、5A、10A、20A

输出容量 20VA；3.3 交流电压、电流调节范围 0~120% FS (1000V量程除外)

调节细度  $5 \times 10^{-5}$ ；3.4 工频交流电压 20V~1000V 量程 准确度  $\pm(0.03\%RD+0.02\%FS)$ ；

稳定度 0.01% FS/60s；200mV~4000mV 量程

准确度  $\pm(0.3\%RD+0.2\%FS)$ ；稳定度 0.04% FS/60s；工频交流电流 0.2A~20A 量程

准确度  $\pm(0.03\%RD+0.02\%FS)$ ；稳定度 0.01% FS/60s；

2mA~40mA 量程 准确度  $\pm(0.3\%RD+0.2\%FS)$ ；稳定度 0.04%

FS/60s；3.5 频率调节范围 45~65Hz，调节细度 0.001Hz，调定值准确度

0.01Hz；3.6 交流电压、电流输出波形失真度 0.3%；3.7

谐波 2~31 次，幅度 0~20%，各次谐波相位细度  $0.010 \cdot N$  (N 为谐波次数)；3.8

钳形表 200A 线圈准确度  $\pm 0.2\%$ ；600A 线圈准确度  $\pm 0.5\%$ ；1000A 线圈准确度  $\pm 1\%$ ；

交流信号控制 进入“交流信号控制”界面(图20)后，可根据需要对装置交流源输出进行设置。

“信号采样显示”是显示所测得的交流电压、电流和频率值。根据所需要的输出电量，先选好电压档位、电流档位，再进行信号步进或送数控制操作，将该电量信号升至所需要的输出值。

“市电/标频控制”：是指市电、标频切换，对频率操作时，装置会自动转换到标频上。

“信号步进控制”：选定一项电量后，上升步进量、下降步进量进行该项电量调节。“信号送数控制”

：可选一项或多项电量，分别在相应栏目中输入所要输出的值，“发送”，装置将输出选定电量的值。

同时，在“幅值步进控制”框中会显示各项输出的分数或实际值，当输入的值超过该电量范围时，装置

自动升到当前档位的值(电流、电压不超过当前档位的120%)。直流信号控制 进入“直流信号控制”

界面(图21)，可以根据需要对直流源输出进行设置，其操作与交流源类似。需要注意的是：当直流电

压(电流)的档位为 mV (uA、mA) 档位时，只能对直流小电压、电流信号设置，不能对直流大电压、

电流信号进行设置。直流电压、电流的档位为 V、A 档位时，只能直流大电压、电流信号进行设置，不能

对直流小电压、电流信号进行设置。

光伏组串的各逆变器都是大功率逆变器，通常是三相交流输出。LMG67 功率分析仪在一个机框中可以放置高达 7 个功率模块，能够地分析和测量整个光伏网络中的相关参数，如电压、电流、功率。LMG6 系列功率分析仪可以根据测试需求配置多通道进行测试。图二是双组串光伏逆变器并网图，LMG67 可以配置为 6 个功率通道，每个功率通道包含 1 路电压输入，1 路电流输入。典型的测试输入要求：直流电压范围 6V-1V，现在还有 15V 交流电压范围 23V-4V，取决于逆变器额定功率电流范围 1A-1A，取决于逆变器额定功率带宽 1KHz-1KHz，取决于逆变器的开关频率度：一般现场测试可使用 B1 模块，实验室率测试使用 A1 度模块 LMG6 系列功率分析仪根据不同的测试需求可以配置不同度及带宽范围的功率模块，是 A1 模块和 B1 模块的度及带宽范围的说明。