

妇产医院设计 妇产医院装修 妇产科门诊设计 妇产科门诊装修公司

产品名称	妇产医院设计 妇产医院装修 妇产科门诊设计 妇产科门诊装修公司
公司名称	深圳市酷思医美医院环境设计装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国所有城市均可提供服务
联系电话	18718568128

产品详情

妇产医院设计 妇产医院装修 妇产科门诊设计 妇产科门诊装修公司

二级妇产医院

一、床位：

住院床位总数50 ~ 200张。

二、科室设置：

一临床科室：应设妇科、产科(爱婴区及高危产科)围产监护室、麻醉科、新生儿科、计划生育科、急诊科、预科保健科、产内科；

二医技科室：应设药剂科、检验科、B超室、手术室、病理科、血库、消毒供应室、病案室、营养室。

三、人员：

一每床至少配备1~3名卫生技术人员；

二每床至少配备0~5名护士。每张产床配3名助产士，每3张待产床应配1名助产士；

三至少有3名具有副主任医师以上职称的医师；

四各科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师；每张产床配3名助产士，每张待产床应配1名助产士；

五至少有2名具有主管药师以上职称的药剂人员和相应的检验、放射等卫生技术人员；

六营养人员不少于1名。

四、房屋：

一每床平均占建筑面积不少于45平方米。

二病房每床占用病房面积净使用面积不少于5平方米产科母婴同室每张床占使用面积6平方米，婴儿床占使用面积2平方米。

三门诊面积按日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米计。

五、设备：

一基本设备：

给氧装置 呼吸机 电动吸引器 产床

心电图机 婴儿保温箱 心电监护仪 无影灯

手术床 胎心监护仪 产床 显微镜

麻醉机 显微镜 妇科检查床 电冰箱

恒温箱 分析天平 X光机 离心机

高速离心机 生化分析仪 尿分析仪 B超

冷冻切片机 石蜡切片机 敷料柜 洗衣机

器械柜 紫外线灯 高压灭菌设备 蒸馏器

常水、热水、净化过滤系统 净物存放、消毒灭菌密闭柜

热源监测设备 恒温箱、净化台、干燥箱

二病房每床单元设备：除增加床头信号灯1台外，其它与一级综合医院相同；

三有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

七、注册资金到位，数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定。

三级妇产医院

住院床位总数200张以上。

一临床科室：应设妇科 并设组、围产医学科 爱婴区及高危产科、计划生育科、高危新生儿科，NI

CU急诊科、麻醉科、预科保健科、中医妇科、中西医结合科、ICU、产内科、内分泌科；

二医技科室：应设药剂科、检验科、放射科、输血科、手术室、B超室、病理科、遗传室、消毒供应室、信息资料科病案科、统计室 营养室、图书室。

一每床至少配备1~5名卫生技术人员；

二每床至少配备0~5名护士每2张待产床配备1名助产士，每张产床配3名助产士；

三每科室的主任应具有副主任医师以上职称；

四临床营养师不少于1人；

五工程技术人员技师、助理工程师及以上人员占卫生技术人员总数的比例不低于1%。

一每床平均占建筑面积不少于60平方米。

二每床占用病房净使用面积不少于6平方米，新生儿床占使用面积2平方米；

三门诊面积按日平均每门诊人次占门诊建筑面积不少于4平方米。

给氧装置 呼吸机 电动吸引器 胎心监护仪

心电监护仪 B超 无影灯 手术床

麻醉监护仪 麻醉机 X光机 高频电刀

妇科检查台 移动式X光机 产床 腹腔镜

婴儿保暖箱 宫腔镜 婴儿远红外线辐射温箱 显微镜

生化分析仪 紫外线分光光度计 酶标分光光度仪 自动分析仪

分析天平 酶标分析仪 电冰箱 尿分析仪

器械柜 恒温箱 石蜡切片机 敷料柜

蒸馏器 冷冻切片机 洗衣机 高压灭菌设备

血气分析仪 紫外线灯 常水热水净化过滤系统

显微镜 通风降温烘干设备 高速离心机

净物存放消毒灭菌密闭柜 离心机

二病房每单元设备：与二级综合医院相同；

注：目前我国不设一级妇产医院