

赛斯顿无创血压计检定仪 电子血压表校验仪（0-60）kPa （0-450mmHg）

产品名称	赛斯顿无创血压计检定仪 电子血压表校验仪（0-60）kPa（0-450mmHg）
公司名称	廊坊赛斯顿科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	测量范围:（0~60）kPa 分辨力:0.01 kPa 准确度等级:0.1级
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇西陈村
联系电话	13718313591 15201688992

产品详情

赛斯顿血压监护仪校验仪 无创血压计检定仪（0~60）kPa（0~450mmHg）详细介绍

无创血压计检定仪主要特点及技术指标：

1 彩色液晶屏显示，中文菜单提示；

2 可检定无创自动测量血压计（含电子血压计和血压监护仪等）、也可检定普通的水银血压计和血压表。

3 符合JJG692-2010《无创自动测量血压计》和JJG 270-2008《血压计和血压表》国家规程，能提供动态血压模拟和静态压力试验。

4 具有自动测量功能，可进行压力示值、气密性、放气速率、灵敏度和压力释放测量。

5 具备升压和降压2种控压模式，自动调节到目标压力时有提示音。

6 静态压力测量：

测量范围：（0～60）kPa（0～450mmHg）

准确度等级：0.1级

分辨力：0.01 kPa（0.1mmHg）

7 压力控制：

加压范围：（0～60）kPa（0～450mmHg）

控压稳定度（升压/降压）：0.05%FS

8 动态血压模拟：

收缩压范围：（2.7～34.0）kPa（20～255mmHg）

舒张压范围：（1.3～26.7）kPa（10～200mmHg）

血压示值重复性：不大于0.3 kPa（2 mmHg）

脉率范围：（30～250）跳/分

脉率误差： $\pm 1\%$ 读数

脉搏量：(0.1 ~ 2.4) mL

脉搏增量：0.1mL

脉搏量达到2.4mL时脉率200跳/分

脉搏量达到1.2mL时脉率250跳/分

9 气密性：不大于0.3kPa/min (2mmHg/min)

10 体积：长32cm,宽30cm,前面高10cm，后面高13cm。

11 环境条件

环境温度：(20 ± 10)

相对湿度：不大于80%

供电电源：(220 ± 22) V，(50 ± 1) Hz

附件：

1.*金属容器:500ml 1个 100ml 1个

2.*金属接头:4个

3.通用塑料接头:4个