

河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修公司

产品名称	河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修公司
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:奥林巴斯 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修公司 河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修公司

广州云启设备有限公司是一家国内内窥镜相关维护服务公司。维修人员是从事内窥镜行业多年的技术工程师以及研发人员。凭借诚挚的热情和雄厚的技术积淀，我们可以为您解决品牌内窥镜及周边产品的维修问题。我们推崇众志成城的团队精神和合作共赢的互惠分享文化；奉行“技术，服务至上”的经营原则；坚持用仁爱、诚信的品格去影响周围的人成为有德之人。

Aesculap蛇牌PE514A30度关节镜维修 故障现象：图像模糊有黑影，工作管弯曲，根部断裂漏光；
检测结果：工作管弯曲，根部断裂漏光，柱透镜断3根、物镜损坏；维修方案：更换工作管、光束、柱透镜3根、物镜、物镜保护（蓝宝石），重新清洁调试光学系统，封装目镜；
关节镜维修常见品牌型号：strker502-477-031关节镜 REF389430度关节镜 REF7220208730度关节镜
关节镜7230ca维修 STORZ7230BA30° 关节镜 hawk关节镜维修 wolf关节镜维修 storz关节镜维修
shenda关节镜维修 奥林巴斯关节镜维修 olympus关节镜维修 aesculap关节镜维修 PE514A关节镜维修
XinXing30° 关节镜维修 shendaJ0230E30° 关节镜 河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修公司
河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修公司

维修过程 2) 内窥镜的拆卸 因内窥镜外部由全不锈钢打造，特别精密，拆开的难度不小，拆开之前必须仔细查看镜子的大概结构，找到正确的接口，再下手，以防破坏其照明系统，首先利用酒精灯加热将目镜端脱胶，再利用治具（平口钳、三脚钳及铜制目镜圈等）拆卸，铜制目镜圈为卡在目镜端的治具，方便打开目镜端，此治具可根据镜子的不同尺寸自己制作。再利用各种治具打开镜子时，切记谨慎小心，以防对镜子的撞击。因许多镜子内部上胶较多，打开时需要更加耐心，反复仔细是必备的素质。打开接口处后，不可盲目拆开，每条镜子的光学结构有所不同，需要看清每个零件的配合及位置方可拆下。

维修案例：内窥镜名称：STORZ史托斯7230BA 0° 鼻窦镜维修 镜体外径：10MM；
工作长度：180MM； 视向角：30°； 故障现象：图像模糊，物镜进水，工作管弯曲；

检测结果：柱状镜3根，工作管弯曲，物镜进水；维修方案：大修；更换工作管、照明光纤、柱状镜3根、物镜、物镜保护片，重新清洁调试光学系统，封装密封内窥镜，渗漏测试；
维修周期：7个工作日；

广州云启设备有限公司长期以来以诚信为本，用良好的服务取信于广大用户，在行业内已具有一定的信誉。我公司的用户遍及全国各地，售后服务做的很好。公司拥有一支精于业务、团结协作、敬业、勇于开拓创新、适应客户需要的销售队伍；更有一支高素质、高技术、率、急客户所急、为客户提供的技术、服务的售后服务队伍。产品型号：M3-30A 制造商：STORZ S/N： - - -
故障内容：图像模糊、工作管折断 维修处置方案：更换物镜、更换透镜、更换工作管及光束、校准/清洁内部光学系统、调整/校对目镜组、密封内窥镜、性能检测 维修案例一：设备名称：Stryker鼻窦镜
检测故障：图像模糊；进水；维修方案：清理光学系统；维修周期：5个工作日 保修周期：3个月

维修案例二：设备名称：R.WOLF 8880.531鼻窦镜 检测故障：视野模糊；物镜坏；
维修方案：更换物镜，清理光学系统；维修周期：5个工作日 保修周期：3个月"

河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修公司

[湖北Stryker502-585-030腹腔镜维修推荐](#)