河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修公司

产品名称	河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修 公司
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:奥林巴斯 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修公司河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修公司

广州云启设备有限公司是一家国内内窥镜相关维护服务公司。维修人员是从事内窥镜行业多年的技术工程师以及研发人员。凭借诚挚的热情和雄厚的技术积淀,我们可以为您解决品牌内窥镜及周边产品的维修问题。 我们推崇众志成城的团队

精神和合作共赢的互惠分享文化;奉行""技术,服务至上""的经营原则;坚持用仁爱、诚信的品格去影响周围的人成为有德之人。

Aesculap蛇牌PE514A30度关节镜维修 故障现象:图像模糊有黑影,工作管弯曲,根部断裂漏光; 检测结果:工作管弯曲,根部断裂漏光,柱透镜断3根、物镜损坏; 维修方案:更换工作管、光束、柱 透镜3根、物镜、物镜保护(蓝宝石),重新清洁调试光学系统,封装目镜;

关节镜维修常见品牌型号:strker502-477-031关节镜 REF389430度关节镜 REF7220208730度关节镜 关节镜7230ca维修 STORZ7230BA30。关节镜 hawk关节镜维修 wolf关节镜维修 storz关节镜维修 shenda关节镜维修 奥林巴斯关节镜维修 olympus关节镜维修 aesculap关节镜维修 PE514A关节镜维修 XinXing30。关节镜维修 shendaJ0230E30。关节镜 河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修公司河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修公司

维修过程 2) 内窥镜的拆卸 因内窥镜外部由全不锈钢打造,特别精密,拆开的难度不小,拆开之前必须仔细查看镜子的大概结构,找到正确的接口,再下手,以防破坏其照明系统,首先利用酒精灯加热将目镜端脱胶,再利用治具(平口钳、三脚钳及铜制目镜圈等)拆卸,铜制目镜圈为卡在目镜端的治具,方便打开目镜端,此治具可根据镜子的不同尺寸自己制作。再利用各种治具打开镜子时,切记谨慎小心,以防对镜子的撞击。因许多镜子内部上胶较多,打开时需要更加耐心,反复仔细是必备的素质。打开接口处后,不可盲目拆开,每条镜子的光学结构有所不同,需要看清每个零件的配合及位置方可拆下。

维修案例: 内窥镜名称: STORZ史托斯7230BA 0°鼻窦镜维修 镜体外径:10MM; 工作长度:180MM; 视向角:30°; 故障现象:图像模糊,物镜进水,工作管弯曲; 检测结果:柱状镜3根,工作管弯曲,物镜进水; 维修方案:大修; 更换工作管、照明光纤、柱状镜3根、物镜、物镜保护片,重新清洁调试光学系统,封装密封内窥镜,渗漏测试;

维修周期:7个工作日;

广州云启设备有限公司长期以来以诚信为本,用良好的服务取信于广大用户,在行业内已具有一定的信誉。我公司的用户遍及全国各地,售后服务做的很好。 公司拥有一支精于业务、团结协作、敬业、勇于开拓创新、适应客户需要的销售队伍;更有一支高素质、高技术、率、急客户所急、为客户提供的技术、服务的售后服务队伍。 产品型号:M3-30A 制造商:STORZ S/N: - - -

故障内容:图像模糊、工作管折断 维修处置方案:更换物镜、更换透镜、更换工作管及光束、校准/清洁内部光学系统、调整/校对目镜组、密封内窥镜、性能检测 维修案例一:设备名称:Stryker鼻窦镜检测故障:图像模糊;进水;维修方案:清理光学系统;维修周期:5个工作日 保修周期:3个月

维修案例二:设备名称:R.WOLF 8880.531鼻窦镜检测故障:视野模糊;物镜坏;维修方案:更换物镜,清理光学系统;维修周期:5个工作日保修周期:3个月"

河北STRYKER30度4MM鼻窦镜维修内窥镜维修公司

<u>湖北Stryker502-585-030腹腔镜维修推荐</u>